

Dz.Z/ 2215/ 70/ 264 /2009

Warszawa, 11.12.2009r

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/70 /09 na **dostawę Specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Chirurgii Naczyniowej (zadania 1-10)**

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę Specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Chirurgii Naczyniowej (zadania 1-10), Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia :

Pytanie 1

„Zwracamy się z prośbą o zachowanie pierwotnej wersji specyfikacji w zakresie opisu wymaganych protez naczyniowych w zadaniu nr 4- tzn protez uszczelnianych żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy typu Gelsoft. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 tego zadania: protez o długości 60 cm i śred. 10 mm, zamiast 9mm, protez naczyniowych o długości 50 lub 25 cm, zamiast 30 cm ,w wymaganych średnicach 20,22,24 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 4 w pozycji 1 protezy uszczelniane żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy typu Gelsoft, oraz dopuszcza :

-protezy o długości 60 cm i śred. 10 mm (zamiast śred.9mm)

-protezy naczyniowe o długości 25 cm, (zamiast dl 30 cm) – w wymaganych średnicach 20,22,24 mm.

Z-ca D Y K E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek