


Dz.Z/ 2215/ 73 /314/2011



Warszawa, 24.11.2011r

WYKONAWCY

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/73/11 na Zakup Aparatury /zadania 1-16/.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytut Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający dopuści aparat bez ekranu dotykowego natomiast z wbudowaną w aparat klawiaturą umożliwiającą obsługę urządzenia?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aparat bez ekranu dotykowego z wbudowaną klawiaturą do obsługi.**

**Pytanie 2**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający wymaga, aby menu aparatu było w języku polskim?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga aby menu aparatu było w języku polskim.**

**Pytanie 3**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 Opis parametrów granicznych, pkt 1 dopuści analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2010?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku.**

**Pytanie 4**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający wymaga wyceny analizatora hematologicznego wyposażonego w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga do wyceny analizatora hematologicznego wyposażonego w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.**

**Pytanie 5**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny wykonujący automatyczną analizę min. 18 parametrów, ale z zachowaniem oczekiwanego przez Zamawiającego rozdziałem leukocytów na 3 populacje oraz wydruk 3 histogramów WBC, RBC, PLT? Oferowany analizator oznacza następujące parametry: WBC, RBC, UGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, LYM%/#, MON%/#GRA% i # i 3 histogramy: WBC, RBC i PLT.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza analizator hematologiczny wykonujący analizę min. 18 parametrów.**

**Pytanie 6**Dotyczy zadania nr 13

„Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny wyposażony w laserową drukarkę zewnętrzną pozwalającą na wydruk wysokiej jakości wyników formacie A4 lub A5?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza analizator hematologiczny wyposażony w laserową drukarkę zewnętrzną.**

### **Pytanie 7**

Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdz. V pkt. 3.3. SIWZ:  
„Prosimy o wyjaśnienie ile godzin podstawowego instruktazu w zakresie prawidłowej eksploatacji zakupionej aparatury dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników Zamawiający przewiduje?

Zgodnie z rozdz. V pkt. 7.3 SIWZ ustalona przez Wykonawcę cena musi obejmować koszt instruktazu personelu u Zamawiającego. W związku z powyższym informacja o ilości godzin jest niezbędna Wykonawcy do prawidłowego wyliczenia ceny oferty.

### **Odpowiedź**

***Ilość godzin konieczną, przewidywaną przez Wykonawcę do prawidłowego przeprowadzenia instruktazu personelu Zamawiającego.***

### **Pytanie 8**

Rozdz. V pkt. 8.2. SIWZ:

Prosimy o zmianę zapisu „od daty dostarczenia” na zwrot „od daty wystawienia”.

### **Odpowiedź**

***Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.***

### **Pytanie 9**

Dotyczy Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej (zał. nr 1) – Zadanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który do pełnej analizy krwi aspiruje 50 µl krwi w trybie otwartym?

### **Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora, który do pełnej analizy krwi aspiruje 50µl krwi w trybie otwartym.***

### **Pytanie 10**

Dotyczy Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej (zał. nr 1) – Zadanie 13

„Czy zamawiający wymaga, aby analizator posiadał osobny kanał do oznaczania hemoglobiny? Osobny kanał do oznaczania HGB zmniejsza możliwość interferencji ze strony leukocytów w przypadku wysokich leukocytoz – wysokie leukocytozy nie powodują w tym przypadku zawyżania wartości HGB, oraz zmniejsza możliwość interferencji (zawyżania) ze strony wysokich lipemii.”

### **Odpowiedź**

***Zamawiający nie wymaga aby analizator posiadał osobny kanał do oznaczania hemoglobiny.***

### **Pytanie 11**

Dotyczy Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej (zał. nr 1) – Zadanie 13

„Czy z uwagi na usprawnienie pracy w pracowni na analizatorze wymagane są tzw. Pływające dyskryminatory, które w sposób całkowicie zautomatyzowany pozwalają na różnicowanie PLT od RBC oraz rozdział WBC na 3 subpopulacje i nie wymagają interwencji ze strony użytkownika, polegającej na znajdowaniu punktów rozdzielających badane populacje krwinek, przy jednoczesnej możliwości ingerencji operatora w miejsce ustawienia się dyskryminatora (manualne nastawianie) w przypadkach problematycznych w próbkach patologicznych bądź w próbkach nietypowych?”

### **Odpowiedź**

***Zamawiający nie wymaga tzw. „Pływających dyskryminatorów”***

### **Pytanie 12**

„Dotyczy Projekt umowy - zał. nr 6

§6 ust. 1 pkt. 1.4:

Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „zwłoki” na „opóźnienia”.

Zamawiający w §6 ust.1 pkt. 1.2-1.3 oraz 1.5 posługuje się określenie „opóźnienia” jako podstawy do naliczania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, polegającego na dostawie lub wymianie przedmiotu umowy. Określeniem tym powinno być również objęte zobowiązanie do terminowego usunięcia awarii. Należy pamiętać, że „zwłoka” to opóźnienie kwalifikowane wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Nie można z góry przyjąć, iż nienależyte wykonane zobowiązania, polegające na nieterminowym usuwaniu awarii nastąpi z winy Wykonawcy.”

### **Odpowiedź**

***Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.***

### **Pytanie 13**

#### **§4 ust. 1:**

Prosimy o zmianę zapisu „od daty dostarczenia” na zwrot „od daty wystawienia”.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 14**

Dotyczy zadania nr 2 – Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem

„Czy Zamawiający zgodzi się na wirówkę o wymiarach (szer.x wys.):max 71,3 x 65,4 x 4,23 cm i wadze 108kg?”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 15**

Dotyczy zadania nr 2 - Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem

„Czy Zamawiający zgodzi się na rotor 4 skrzydłowy do 16 płytek o maksymalnej prędkości 3700rpm?”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 16**

Dotyczy zadania nr 2 - Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem

„Czy Zamawiający zgodzi się, aby maksymalne prędkości RPM dla rotorów były wyższe? Takie rozwiązanie nie zmniejsza spektrum zastosowań dla danej wirówki.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

### **Pytanie 17**

Dotyczy zadania nr 3 - mikrowirówka stołowa z chłodzeniem

„Czy Zamawiający zgodzi się na wirówkę o wymiarach szerokość/głębokość/wysokość 30x54,7x26cm i wadze 28 kg?”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 18**

„Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuszcza wysokiej klasy niemiecki termocykler spełniający wszystkie szczegółowe wymagania opisane w SIWZ, a nawet przewyższający je w wielu punktach, w tym większą dokładność temperatury, większą prędkość grzania i chłodzenia, szerszy zakres temperatury, możliwość zamrożenia próbek po reakcji w 5- stopniach, ale z przenoszeniem programów między urządzeniami przez kabel szeregowy a nie pamięć USB?”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 19**

„Prosimy o wyjaśnienie do zadania nr 5 na czym ma polegać niezależność 6 bloków w bloku grzejnym? Chodzi o zapis wp. 1 tabeli parametrów.”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował termocykler z blokiem grzejnym 96-dołkowym, wyposażonym w 6 systemów grzejných w technologii Peltiera, dzięki czemu możliwe ustawienie 6 różnych reakcji PCR z różnymi warunkami temperaturowymi (różnica pomiędzy strefami max 5 st Celciusza). Ponadto 6 bloków grzejných w technologii Peltiera pozwala na dużo bardziej precyzyjne ustawienie i kontrolowanie temperatury w bloku.**

### **Pytanie 20**

„Czy Zamawiający dopuści okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 2 miesiące?”

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza okres stabilności odczynnika nie krótszy (po otwarciu) niż 2 miesiące.**

### **Pytanie 21**

„Dotyczy paragrafu V pkt 6 Siwz dla zadania nr 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji z 24 miesięcy na 15 miesięcy od daty dostawy bądź 12 od daty instalacji cokolwiek minie, jako pierwsze w zadaniu nr 10?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22**

Dotyczy zadania nr 10

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu DEMO wyprodukowanego przed rokiem 2011?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę .**

**Pytanie 23**

„Czy Zamawiający dopisze do zał. nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w art. 24 ust. 1 punkt.1a) dot. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13 I NR 28, POZ. 143)?”

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopisze do zał. Nr 4 wzoru oświadczenia art. 24 ust. 1 pkt.1a. ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowy, obowiązujący formularz oświadczenia w załączeniu.**

**Pytanie 24**

„Czy Zamawiający w opisie aparatu „Parametry graniczne/odcinające dla zadania nr 8 w pozycji 15 ma na myśli Specjalne podłoże do badania jałowości preparatów płytkowych?”

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający ma na myśli specjalne podłoże do badania jałowości preparatów płytkowych.**

**Pytanie 25**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 9.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przystąpienie do naprawy do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź**

**Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 26**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 10.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 72 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź**

**Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 27**

„Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 22.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by czas obsługi pogwarancyjnej i dostępności części zamiennych wynosił 8 lat od daty zakończenia produkcji?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 28**

„Dotyczy wzoru umowy: paragraf 6. ustęp 1.4.: Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu naprawy w przypadku dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego, gdyż sprzęt zastępczy umożliwi Zamawiającemu realizację świadczeń, a zatem nie poniesie on żadnej szkody z tego tytułu?”

**Odpowiedź**

**Jeżeli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy to Zamawiający nie będzie naliczał kar.**

**Pytanie 29**

Dotyczy zadania nr 11

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku?”

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie wyprodukowane w 2011 roku.**

**Pytanie 30**

Dotyczy: zadania nr 8 – PARAMETRY GRANICZNE – POZ. NR 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych, który posiada wbudowany komputer sterujący pracą analizatora, natomiast rejestracja, wprowadzenie próbki od pacjenta, podgląd próbek i wykresy w trakcie wzrostu, tworzenie zestawień i raportów z wydrukiem odbywa się na zewnętrznym komputerze obsługiwany przez użytkownika za pomocą dotykowego ekranu LCD 17" ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.**

**Pytanie 31**

Dotyczy: zadania nr 8 – PARAMETRY GRANICZNE – POZ. NR 10

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy poprzez sformułowanie: „Możliwość dwukierunkowego podłączenia do systemu informatycznego do obsługi laboratorium mikrobiologicznego”, Zamawiający oczekuje zaoferowanie aparatu, który ma posiadać opcje współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym, czy też zaoferowanie aparatu wraz z jednoczesnym włączeniem go do laboratoryjnego systemu informatycznego ?

W przypadku włączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego oraz nazwę firmy i osoby kontaktowej w celu dokonania prawidłowej wyceny kosztów podłączenia aparatu ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający oczekuje dwukierunkowego przepływu danych z systemem informatycznym zainstalowanym w Instytucie.**

**Pytanie 32**

Dotyczy: zadania nr 8 – PARAMETRY GRANICZNE – POZ. NR 15

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowanie podłoży standardowych służących również do hodowli i kontroli jałowości preparatów, co Wykonawca jest w stanie potwierdzić odpowiednim oświadczeniem wydanym przez producenta systemu oraz podłoży, poświadczającym możliwość stosowania taki podłoży do kontroli jałowości preparatów. . Wymienione podłoże są rutynowo stosowane w systemach automatycznych do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych i w taki sam sposób jak dedykowane do kontroli jałowości preparatów mogą być stosowane w powyższych celach.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga specjalnych podłoży do kontroli preparatów płytkowych potwierdzonych ulotką techniczną.**

**Pytanie 33**

Dotyczy: zadania nr 8 – Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa, pozycja nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, znajdującego się pod określeniem „Moduł komputerowy”. Prosimy o podanie składowych oraz parametrów modułu komputerowego (cechy podzespołów oraz zainstalowanego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego) oraz o określenie celowości jego przeznaczenia, tzn. np. do współpracy z analizatorem, jako osobna jednostka biurowa, do pracy w sieci.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ- komputer wbudowany, o najnowszej technologii, nowy, umożliwiający rejestrację i wprowadzanie prób, podgląd prób, tworzenie zestawień i wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu.**

**Pytanie 34**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała funkcję pracy ciągłej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 35**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała funkcję szybkiego zwirowania ( za pomocą przycisku uruchamiamy wirowanie, puszczając przycisk powodujemy zwalnianie pracy wirówki)?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 36**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wirówkę o wyłączniku czasowym 1-99 min?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wirówkę, która przy maksymalnych obrotach emituje 50 dB?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wirówkę, której masa z rotorem wynosi 28 kg, co powoduje zwiększenie stabilności i zmniejszenia drgań?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 39**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby dołączony do wirówki rotor posiadał możliwość wirowania kolumniek preparacyjnych np. do DNA bez użycia dodatkowych adapterów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 40**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby dołączony do wirówki rotor posiadał przezroczystą pokrywkę, pozwalającą na obserwację próbek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 41**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby dołączony do wirówki rotor posiadał pokrywkę z certyfikatem potwierdzającym biologiczne bezpieczeństwo, wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 42**

Dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby dołączony do wirówki rotor posiadał pokrywkę, której montaż wymaga jedynie jednego przycisku?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 43**

Dot. Zadania 6:

Czy Zamawiający po pojęciem „Praca w zakresie temperatur od +5 do +40° C” miał na myśli temperaturę otoczenia, w której miałyby pracować urządzenie, czy zakres temperatury roboczej w jakiej miałyby być wytrząsane próby?

**Odpowiedź**

**Zamawiający miał na myśli temperaturę otoczenia.**

**Pytanie 44**

Dot. Zadania 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zamontowania dodatkowej platformy na butelki lub probówki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wymaga możliwości zamontowania dodatkowej platformy na butelki lub probówki.**

Z-ca D Y R E K T O R A  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

JOL