

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/ 2 /2013 na dostawę: szwów chirurgicznych i innych wyrobów medycznych (zadania 1-20).

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga igły rozwarstwiającej, również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 2

Dot. Zadania nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 3

Dot. Zadania nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 4

Dot. Zadania nr 1, poz. 34

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 34 do osobnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 5

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony z kwasu poliglikolowego, powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego 14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%)i czasie wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 6

Dot. Zadania nr 3, poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point lub igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 7

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, z polidoksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65% (4/0 i mniejsze), 70% (3/0 i większe), po 43 dniach 55% (4/0 i mniejsze), 60% (3/0 i większe) po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 8

Dot. Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści nici poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności, pakowane w tradycyjny sposób?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 9

Dot. Zadania nr 6, poz. 6, 7, 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point lub igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 10

Dot. Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, powlekany silikonem, niewchłaniający, pleciony?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 11

Dot. Zadania nr 12, poz. 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 11 do osobnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 12

Dot. Zadania nr 13, poz. 9-11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 9-11 do osobnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 3 igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 5 igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 6 igłę tylko odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz.7 igłę tylko odwrotnie tnącą o długości 12 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 6 pozycji 8 i 10 ? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, co będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 9 igłę tylko odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 13 pozycji 9-11 ? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, co będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 13 poz. 7 igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 13 poz. 8 nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 22

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w **Zadaniu nr 3 szew równoważny**, plecionkę syntetyczną, szybkowchłaniającą z kwasu poliglikolowego powleczoneą glikonatem o okresie podtrzymywania tkankowego (0% przy 10-14 dniach; ok. 50% po 5 dniach) i wchłaniania ok. 42 dni?

Parametry i przeznaczenie szwu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 23

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-4 nitkę 70 cm** w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 24

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2 igłę 24 mm** w miejsce 25-26 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 25

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4 igłę 39 mm** w miejsce 35-36 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 26

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **Zadaniu nr 4 monofilament z poli-p-dioksanonu** o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni, po ok. 28 dniach 50-70%, czas wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 27

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2 nitkę 90 cm** o grubości 0?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 28

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 11, 16, 17, 19 igłę** o czterech krawędziach tnących w miejsce o trzech krawędziach tnących?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 29

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 11 nitkę 150 cm** pętla?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 30

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 18** igłę bez oznaczenia wzmocniona?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 31

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza w **Zadaniu nr 14** monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 13-14 dniach, 0% przy 28 dniach, czas wchłaniania do 60-90 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 32

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-7** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 33

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 9** nitkę 70 cm w miejsce 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 34

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** igłę 36 mm w miejsce 37 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 35

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 18** monofilament szybkowchłaniający bez dodatku laktydu o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 70-80%?

Okres podtrzymywania po 10 dniach i całkowitej absorpcji zgodne z SIWZ. Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

Odpowiedź

Zadanie nr 18 obejmuje system hemostatyczny wraz z klejem chirurgicznym, a nie monofilament szybkowchłaniający.

Pytanie 36

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-5** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Zadanie nr 18 obejmuje system hemostatyczny wraz z klejem chirurgicznym.

Pytanie 37

Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2 i 6** nitkę bezbarwną?

Odpowiedź

Zadanie nr 18 obejmuje system hemostatyczny wraz z klejem chirurgicznym.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.2 również na szew z igłą pojedynczą przy podwójnym przeliczeniu ilości saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.4 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.7 na igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, najnowszej generacji typu Xflex, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 13 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 13 pozycji 9, 10 i 11 również na szew poliamidowy, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 13 pozycje 9, 10 i 11?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 44

Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu z igłą pojedynczą przy podwójnym przeliczeniu ilości saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 46

Zadanie nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 47

Zadanie nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 48

Zadanie nr 13 poz. 9 -11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian (...)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 49

Zadanie nr 13 poz. 9 -11

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-11 z zadania 13 i utworzy z nich odrębne zadanie (...)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 50

Zadanie nr 20 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków o hemostazie osiąganey w przeciągu kilku minut?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 51

Zadanie nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków o rozm. 10 x 7,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 1

Czy w poz. 9,14 Zamawiający dopuści nić o długości 70cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 53

Dotyczy zadania nr 2

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści nić o długości 70cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 54

Dotyczy zadania nr 4

Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 55

Dotyczy zadania nr 4

Czy w poz. 12,14 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 56

Dotyczy zadania nr 6

Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 57

Dotyczy zadania nr 6

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 11mm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 58

Dotyczy zadania nr 6

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 45mm oraz nić o długości 200cm pętla, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający zapisy w SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy zadania nr 6

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 60

Dotyczy zadania nr 7

Czy w poz. 32 Zamawiający dopuści igłę prostą oraz nić o długości 100cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 61

Dotyczy zadania nr 8

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 62

Dotyczy zadania nr 9

Czy w poz. 1,2 Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,5mm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 63

Dotyczy zadania nr 9

Czy w poz. 5,6,7 Zamawiający dopuści siatkę o czasie absorpcji ok. 84 dni, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 64

Dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, wchłaniálny poligekapron 25 z czynnikiem antybakteryjnym lub bez. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 50-60%, po 14 dniach 20-30%. Okres podtrzymywania 21-28 dni. Czas absorpcji 90-120 dni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 65

Dotyczy zadania nr 14

Czy w poz. 1-10 Zamawiający dopuści szwy o długości nici 70cm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 14

Czy w poz. 2,6,9 Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 31mm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 67

Dotyczy zadania nr 14

Czy w poz. 3,4,7 Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 36mm, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 68

Dotyczy zadania nr 14

Czy w poz. 1,2 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 69

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw (...)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w Projekcie umowy par.3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: „Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Terminy poszczególnych dostaw dostarczanego przedmiotu umowy będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faxem lub drogą elektroniczną do 3 dni przed datą wymaganej dostawy z uwzględnieniem ilości i rodzaju zamawianego asortymentu zgodnie z załączoną specyfikacją. Zamawiane ilości i rodzaj przedmiotu umowy uzależnione będą od potrzeb wynikających z konieczności ich zastosowania w danym czasie.”.

Pytanie 70

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 1 i 2 dopuści gazę hemostatyczną wykonaną z utlenionej celulozy o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-)m.in. na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania (...)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 71

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 7 dopuści materiał hemostatyczny rozmiar 2,6 x 5,1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 72

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20 dopuści hemostazę 3-4 min?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 73

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20 poz. 2 dopuści rozmiar 20 x 10 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 74

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20 poz. 2 dopuści rozmiar 10 x 7,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 75

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym (...)?

Odpowiedź

Zamawiający postępowanie przygotował z należytą starannością na podstawie zużycia w 2012 roku ilości i rodzaju materiałów. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do racjonalnej gospodarki finansowej w związku z czym szacuje swoje potrzeby określone w zamówieniu, ale nie jest w stanie przewidzieć dokładnej ilości przedmiotu zamówienia, który będzie zużyty przez pacjentów.

Pytanie 76

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania nr 10 poz. 8 i 9** do osobnego zadania (...)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 77

Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy **Prawo zamówień publicznych** chcąc zachować zasadę **równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Zadania nr 10 poz. 12** i utworzy z niej odrębne zadanie (...)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

Nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 1,2,4,5,7,8,11 igłę okrągłą zamiast okrągłej rozwarstwiającej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 5 długość igły 37 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 81

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 9 długość igły 48 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 12 długość igły 37 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 83

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 13 igłę okrągłą haczykową o długości 32 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 14 igłę tępą o długości 64 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 85

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 19 długość nici 3x 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 30 igłę okrągłą 1/2 koła o długości 37 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 31 igłę okrągłą podwójną o długości 26 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 31 długość nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 32 igłę 3/8 koła kosmetyczną, odwrotnie tnącą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 33 długość igły 64 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji numer 33 długość nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 1

W pozycji 34 długość nici 52 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

Szwy syntetyczne niewchłaniające jednowłóknowe polipropylen z dodatkiem polietylenu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 1 igłę okrągłą przyostrzoną o długości 2 x 13 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 2 igłę okrągłą 2 x 10 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 3 igłę okrągłą o długości 2 x 17 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 5 igłę okrągłą przyostrzoną 2 x 9 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 98

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 6 igłę okrągłą przyostrzoną?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 7 igłę okrągłą o długości 2 x 13 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 8 igłę okrągłą przyostrzoną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 9 igłę okrągłą przyostrzoną 2 x 17 mm i długość nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 102

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 10 igłę okrągłą przyostrzoną o długości 2 x 17 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 103

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 11 igłę okrągłą przyostrzoną o długości 2 x 17 mm i długości nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 104

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 13 igłę okrągłą przyostrzoną o długości 2 x 17 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 14 igłę okrągłą przyostrzoną o długości 2 x 17 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 106

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 15 igłę okrągłą przyostrzoną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 107

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 16 igłę okrągłą?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 108

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 17 igłę okrągłą przyostrzoną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 109

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 18 igłę 2 x 26 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 19 igłę okrągłą przyostrzoną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 20 długość igły 37 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 112

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 21 długość igły 2 x 9 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 26 igłę okrągłą zaopatrzoną w nakładki 7 x 3 x 1,5 mm o długości 2 x 26 mm i długości nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 29 długość nici 135 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 31 długość nici 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 116

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 7

W pozycji numer 32 długość igły 39 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 16

W pozycji numer 2 nić bezbarwną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 16

W pozycji numer 2 długość igły 26 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści do przetargu następujące pozycje:

ZADANIE NUMER 16

W pozycji numer 6 nie bezbarwną o długości 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 120

Dotyczy zad.10 poz 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie poz.12 pakiet 10 do odrębnego zadania i dopuszczenie miejscowego, wchłanianego środka hemostatycznego, z oczyszczonej żelatyny wołowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczonego do tamowania krwawienia, w sytuacjach kiedy konwencjonalne metody tamowania są nieskuteczne lub niepraktyczne, wyposażonego w sterylną strzykawkę, łącznik i dwie kaniule do aplikacji. ZESTAW ZAWIERA LIOFILIZOWANĄ TROMBINĘ 2500j.m. wraz z CHLORKIEM WAPNIA będącym ROZPUSZCZALNIKIEM do liofilizatu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 121

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:

1.1 w wysokości **0,2%** wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką**

1.2 w wysokości **0,2%** wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie.**

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 122

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.

W związku z powyższym Projekt umowy, par.5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie jego ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni od otrzymania reklamacji.”.


Pytanie 123

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis w zakresie proponowanej zmiany znajduje się w projekcie umowy w § 6 ust. 5.


Z/ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek