

DZ /2215/ 54/517/2013

Warszawa dn.21.11.2013

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego  
Znak IHiT/P/ 54 /2013 na Dostawę sprzętu laparoskopowego i anestezyjologicznego jednorazowego  
użytku ,akcesoria do aparatów do mierzenia ciśnienia, płynów myjąco dezynfekujących oraz innego  
drobnego sprzętu medycznego (zadania 1-12)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1****Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 ,kleszcze naczyniowe Halsted – Mosquito, bez ząbka, odgięte?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 kleszcze naczyniowe Halsted – Mosquito, bez ząbka, odgięte pod warunkiem ,że zachowane zostaną pozostałe dł. tj.125 mm, skok ząbków 0,5 mm, pozostałe parametry graniczne bez zmian

**Pytanie 2****Dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 ,kleszcze naczyniowe Micro - Mosquito, bez ząbka, odgięte?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 kleszcze naczyniowe Micro – Mosquito, bez ząbka, odgięte pod warunkiem ,że zachowane zostaną pozostałe dł. tj.125 mm, skok ząbków 0,5 mm, pozostałe parametry graniczne bez zmian

**Pytanie 3****Dotyczy zadania nr 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 pozycji 1 mankietów wielorazowych o obwodzie kończyny 25-35 cm oraz w zadaniu nr 4 pozycji 2 mankietów wielorazowych o obwodzie kończyny 33-47 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4****Dotyczy zadania nr 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 10 pozycji 4 rękojeści radełkowej (chropowatej) przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Dotyczy zadania nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający oczekuje termometru słupkowego czy elektronicznego?

**Odpowiedź**

**Zamawiający oczekuje termometru elektronicznego.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy zadania nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający opisując wzorcowanie GUM ma na myśli laboratorium z akredytacją PCA w wymaganym zakresie?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium z akredytacją PCA.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy zadania nr 8 poz.2**

Czy Zamawiający oczekuje wzorcowania w 1 punkcie czy w 3 punktach?

**Odpowiedź**

**Zamawiający oczekuje wzorcowanie w 3 punktach.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art.56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach z dnia 8 marca 2013r.

**Odpowiedź**

**Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy § 6 ust. 5.7 wzoru umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli zmianę cen brutto przedmiotu umowy proporcjonalnie do zmian w prawie właściwym dla podatków?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z § 6 ust. 5.7.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy § 6 ust.1 wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust.1


1. Wykonawca jest Zobowiązany do zapłaty kary umownej:

1.2. w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy ,jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem.

1.3.w wysokości 0,2 wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy ,jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie.

**Odpowiedź**

**Zapisy w umowie pozostają bez zmian.**

Z-ca D Y R E K T O R A  
Instytutu Technologii i Transferologii  
d/s techniczno-organizacyjnych  
  
mgr Witold Kmiotek