



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Warszawa, 05.11.2018 r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora IHIT
ds. Zarządzania i Finansów


mgr Beata Lichoocka

Nr. DZ.26.59.1068.2018.AJ

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do przetargu nieograniczonego, znak sprawy IHiT/P/59/2018 na – Zakup wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0057/16-00/109/2017/1462.

WYJAŚNIENIE 2 I ZMIANA 1 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytania i udziela wyjaśnień jak poniżej.

Pytanie 1 (pisownia oryginalna)

Dotyczy: Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ, cz 2 Fluorymetr

1. Dotyczy: pkt. 19.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego parametru? Prośbę swoją motywujemy tym, iż urządzenie będące w ofercie Producenta jest małym aparatem laboratoryjnym, który w przypadku awarii nie jest naprawiany, lecz jest wymieniany na nowy egzemplarz, co za tym idzie nie ma do niego części zamiennych.

2. Dotyczy: pkt. 20

Czy Zamawiający wraz z zgodą na zaoferowanie urządzenia posiadającego 12 miesięcy gwarancji? Producent nie przewidział 24-miesięcznej gwarancji dla tego typu urządzenia.

3. Dotyczy: pkt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego nie są wykonywane przeglądy serwisowe? Prośbę swoją motywujemy tym, iż Producent dla tego urządzenia nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów serwisowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1A do SIWZ.

Pytanie 2 (pisownia oryginalna)

Dotyczy: Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ, cz 3 tace Magnetyczne

4. Dotyczy: pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia dla którego nie ma części zamiennych? Taca magnetyczna będąca w ofercie Producenta jest urządzeniem o integralnej budowie, dla którego nie przewidziano wymieniania żadnych części. W przypadku awarii



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



urządzenie wymieniane jest na nowe.

5. Dotyczy: pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia objętego gwarancją wynoszącą 12 miesięcy?

6. Dotyczy: pkt 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego nie są wykonywane przeglądy serwisowe? Prośbę swoją motywujemy tym, iż Producent dla tego urządzenia nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów serwisowych

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1A do SIWZ.

Pytanie 3 (pisownia oryginalna)

Dotyczy: Specyfikacja asortymentowo-cenowa załącznik nr 1A do SIWZ, cz 4 Tace Magnetyczne

7. Dotyczy: pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia dla którego nie ma części zamiennych? Taca magnetyczna będąca w ofercie Producenta jest urządzeniem o integralnej budowie, dla którego nie przewidziano wymieniania żadnych części. W przypadku awarii urządzenie wymieniane jest na nowe.

8. Dotyczy: pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia objętego gwarancją wynoszącą 12 miesięcy?

9. Dotyczy: pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego nie są wykonywane przeglądy serwisowe? Prośbę swoją motywujemy tym, iż Producent dla tego urządzenia nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów serwisowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 1A do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Rozdział V ust. 1 pkt 4 – otrzymuje brzmienie:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Po podpisaniu umowy, Zamawiający wskaże dokładny adres dostawy.

Rozdział VII ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10) oryginalne prospekty/foldery producenta lub wszystkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów granicznych/ odcinających (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski). W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że oferowany sprzęt spełnia parametry graniczne/odcinające.

§ 3 ust 1 pkt 1.1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce dostawy - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. *Po podpisaniu umowy, Zamawiający wskaże dokładny adres dostawy.*



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dokonał zmiany treści SIWZ w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert:

Rozdział IX ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

„OFERTA NA:

Zakup wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0057/16-00/109/2017/1462, Nr sprawy: IHIT/P/59/2018”

nie otwierać do dnia 21.11.2018 r. do godziny 10:00”

Rozdział XI ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. **Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 21.11.2018 r. do godziny 09:00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Sali seminaryjnej, **3 piętro w dniu 21.11.2018 r. o godzinie 10:00.**

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Iwona Łopacińska
Członek komisji: Iwona Solarska
Sekretarz: Agata Jakubiec
(Signature of Agata Jakubiec)

*Wyk. Agata Jakubiec Egz.
Nr 1 – strona internetowa*