



Warszawa, dnia. 20.08.2008 r

DZ/2215/38/118/2008

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak IHiT/P/38/08 na dostawę testów do genotypowania HLA

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/38/08 na dostawę testów do genotypowania HLA, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

Dotyczy zadania nr 3

(testy HLA-B na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania 3 następujących produktów tworząc nowe zadanie 3a?

- poz. 9 HLA-B*37, poz. 13 HLA-B*41, poz. 16 HLA-B*49, poz. 17 HLA-B*50, poz. 20 HLA-B*53, poz. 21 HLA-B*57, poz. 22 HLA-B*58

Wydzielenie tych produktów w oddzielne zadanie 3a umożliwi naszej Firmie przedstawienie oferty na zadanie 3.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 3 wymienionych przez Wykonawcę produktów. Zadanie 3 obejmuje cały zestaw testów typujących HLA-B do poziomu wysokiej rozdzielczości. Zakup testów od jednego producenta umożliwia wspólną, jednoczesną analizę komputerową (tzw. Analizę combined) dwóch alleli locus B występujących u każdej oznaczanej osoby.

Dotyczy zadania nr 5

(testy HLA-DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)

2) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w punkcie 1 zadania 5 testu umożliwiającego genotypowanie allelu DQB1*02 oraz DQB1*04 z wykorzystaniem jednego zestawu dla obu tych alleli?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łączenia testów HLA-DQB1(HR) w tzw. zestawy głównie ze względów ekonomicznych (niepotrzebne zużycie dodatkowych odczynników). Ilość zamawianych testów HLA-DQB1 jest ściśle związana z częstością występowania poszczególnych alleli w populacji polskiej.

3) Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie przez oferenta od przygotowania oferty na produkt opisany w punkcie 3 zadania 5 w przypadku, gdy w punkcie 1 zadania 5 złożono ofertę na test umożliwiający genotypowanie allelu DQB1*02 oraz DQB1*04 jednym zestawem odczynników? Zaoferowany produkt w punkcie 1 zadania 5 może pokrywać zapotrzebowanie Zamawiającego na produkt opisany w punkcie 3 zadania 5.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 6

(testy HLA-DRB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)

4) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w punkcie 4 zadania 6 testu umożliwiającego genotypowanie allelu DRB1*07 oraz nie zamawianego przez Zamawiającego allelu DRB1*09 z wykorzystaniem jednego zestawu odczynników dla obu tych alleli? Wyrażenie zgody na zaoferowanie takiego zestawu umożliwi naszej Firmie przedstawienie oferty na Zadanie 6.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w punkcie 4 testu HLA-DRB1*07/09

5) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w punkcie 5 zadania 6 testu umożliwiającego genotypowanie allelu DRB1*08 oraz DRB1*12 z wykorzystaniem jednego zestawu dla obu tych alleli?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łączenia testów HLA-DRB1*08 i DRB1*12 w tzw. zestaw.

6) Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie przez oferenta od przygotowania oferty na produkt opisany w punkcie 7 zadania 6 w przypadku, gdy w punkcie 5 zadania 6 złożono ofertę na test umożliwiający genotypowanie allelu DRB1*08 oraz DRB1*12 jednym zestawem odczynników? Zaoferowany produkt w punkcie 5 zadania 6 może pokrywać zapotrzebowanie Zamawiającego na produkt opisany w punkcie 7 zadania 6?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w punkcie 10 zadania 6 testu umożliwiającego genotypowanie allelu DRB1*15 oraz DRB1*16 z wykorzystaniem jednego zestawu dla obu tych alleli?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza łączenia testów HLA-DRB1*15 i DRB1*16 w tzw. zestaw.

8) Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od przygotowania oferty na produkt opisany w punkcie 11 zadania 6 w przypadku, gdy w punkcie 10 zadania 6 złożono ofertę na test umożliwiający genotypowanie allelu DRB1*15 oraz DRB1*16 jednym zestawem odczynników? Zaoferowany produkt w punkcie 10 zadania 6 może pokrywać zapotrzebowanie Zamawiającego na produkt opisany w punkcie 11 zadania 6?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 1

(testy HLA- A, B, C, DR, DQ na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)

9) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 1 większej ilości testów niż ilość wymagana przez Zamawiającego? W przypadku akceptacji w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny przedstawionej oferty oceniając większą niż wymagana ilość testów. Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje?

Lp.	Opis/parametr	Wymagana ilość testów	Oferowana ilość testów w opakowaniu	Oferowana ilość testów
1	DQ low	48	10	50
2	DR low	96	20	100
3	DR-DQ	96	20	100
4	HLA-A low	96	20	100
5	HLA-ABC	48	10	50
6	HLA-ABDR	72	10	80
7	HLA-B low	48	20	60
8	HLA-C low	144	20	160

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości testów niż wymagana dla poszczególnych zadań. Do porównania ofert będzie zastosowana wartość brutto za poszczególne pełne zadania.

Dotyczy zadania nr 5**(testy HLA-DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)**

10) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 5 większej ilości testów niż ilość wymagana przez Zamawiającego? W przypadku akceptacji w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny przedstawionej oferty oceniając większą niż wymagana ilość testów. Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje?

L.p.	Opis/parametr	Wymagana ilość testów	Oferowana ilość testów w opakowaniu	Oferowana ilość testów
1	DQB1*02	24	10	30
2	DQB1*03	48	10	50
3	DQB1*04	12	10	20
4	DQB1*05	24	10	30
5	DQB1*06	48	10	50

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości testów niż wymagana dla poszczególnych zadań. Do porównania ofert będzie zastosowana wartość brutto za poszczególne pełne zadania.


Dotyczy zadania nr 6**(testy HLA-DRB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP)**

11) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 6 większej ilości testów niż ilość wymagana przez Zamawiającego? W przypadku akceptacji w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny przedstawionej oferty oceniając większą niż wymagana ilość testów. Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegółowe informacje?

L.p.	Opis/parametr	Wymagana ilość testów	Oferowana ilość testów w opakowaniu	Oferowana ilość testów
1	DRB1*01	48	10	50
2	DRB1*03	48	10	50
3	DRB1*04	48	10	50
4	DRB1*07	48	10	50
5	DRB1*08	24	10	30
6	DRB1*11	48	10	50
7	DRB1*12	24	10	30
8	DRB1*13	48	10	50
9	DRB1*14	12	10	20
10	DRB1*15	48	10	50
11	DRB1*16	24	10	30

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości testów niż wymagana dla poszczególnych zadań. Do porównania ofert będzie zastosowana wartość brutto za poszczególne pełne zadania.

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek

Oryginał pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dn.....podpis.....