

DZ./2215/ 29 / 103 /2011

Warszawa, dnia 26.04.2011

WYKONAWCYDotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak **IHIT/P/29 /2010** na dostawę : **SPRZETU LAPAROSKOPOWEGO (ZADANIA 1-2)**

W związku z otrzymanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje ich treść , oraz udziela nast. odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dotyczy: Zadania 1 poz. 1,2,3,4

(Pkt 1)

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1,2,3,4 i utworzy oddzielne zadanie ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 11 dopuści trokar z balonem + strzykawka 5 mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w Zdaniu 1 w pozycji 12 dopuści trokar 12 mm z wbudowanym systemem redukcyjnym w zakresie 4,7mm -13,2 mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 15 dopuści port do operacji z jednego dostępu składający się z retraktora umożliwiającego nacięcie rany od 1,5 - 7 cm oraz żelowej uszczelki z zaworem do insuflacji i desuflacji, czterech trokarów 5-10 mm z gładką kaniulą o długości 55 mm i jednego separatora. Port posiadający możliwość założenia dodatkowych trokarów o różnej średnicy i długości .Port umożliwiający pracę standardowymi narzędziami.

Odpowiedź:


Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 1** wydzieli pozycję 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 do oddzielnego Zadania np. 1 A. **Obecny układ i opis wymienionego pakietu ogranicza możliwość złożenia oferty tylko do jednej firmy, nie dając tym samym możliwości konkurencji cenowej przy porównywalnej jakości i poziomie technologicznym produktów.**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
2 up. 
mgr Witold Kmłotek