

DZ /2215/12/215/2014

Warszawa dn.14.04.2014 r.

**WYKONAWCY****Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego****Znak IHiT/P/ 7 /2014 na Dostawę wideogastroskopu w wysokiej rozdzielczości HD1080p, zestawu do endoskopii zawierającego tor wizyjny, modułu DICOM z modulem EKG do aparatu USG Aplio 400, urządzenia do pomiaru kostkowo-ramiennego oraz lup chirurgicznych powiększających i uniwersalnej lampy przenośnej (zadania 1-5)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odpowiedź****Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.****Pytanie 2****Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 5 pkt.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych? („...”)

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie 3****Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 5 pkt. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie 4****Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 5 pkt. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie 5****Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 5 pkt. 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu do 8 lat? („...”)

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie 6****Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 6 pkt. 1 ppkt.1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na, aby kary umowne liczone były od towaru, którego dotyczy opóźnienie, a nie od całości umowy?

**Odpowiedź****§ 6 pkt.1 ppkt 1.4. wzoru umowy otrzymuje brzmienie „w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu na usunięcie usterki”**

### **Pytanie 7**

#### **Dotyczy pakietu nr 4 i 5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 6 pkt. 1 ppkt.1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu zastępczego.

### **Pytanie 8**

#### **Dotyczy pakietu nr 4,5 oraz zapisów SIWZ i umowy § 5 pkt.14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu

Z

„W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie na koszt własny przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno- rozruchowej wystawiając każdorazowo protokół z przeglądu technicznego wraz z aktualnym certyfikatem (świadcstwo sprawności). Ostatni przegląd Wykonawca przeprowadzi na 30 dni przed końcem upływu terminu gwarancji. W czasie przeglądów gwarancyjnych Wykonawca obowiązany jest na własny koszt naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu”

#### **Na zapis:**

„W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie na koszt własny przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno- rozruchowej wystawiając każdorazowo protokół z przeglądu technicznego wraz z aktualnym certyfikatem (świadcstwo sprawności). Ostatni przegląd Wykonawca przeprowadzi na 30 dni przed końcem upływu terminu gwarancji. W czasie przeglądów gwarancyjnych Wykonawca obowiązany jest na własny koszt naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

### **Pytanie 9**

#### **Dotyczy p.V.5 SIWZ**

Moduł DICOM i moduł EKG, które mają być zainstalowane w aparacie APLIO 400, są opcjami tego aparatu i były certyfikowane z całym systemem ultrasonograficznym TUS-X400 (APLIO400).

Moduły te objęte są tymi samymi certyfikatami, co aparat. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kompletu certyfikatów, pomimo, że otrzymał je przy zakupie aparatu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga.


### **Pytanie 10**

#### **Dotyczy p.V.3.4.1 SIWZ, projektu umowy i protokołu odbioru**

Przy dostawie aparatu APLIO400 Zamawiający otrzymał komplet instrukcji obsługi i użytkowania, gdzie korzystanie z ww. modułów zostało opisane. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia instrukcji obsługi modułów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga.

Z-CA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
Dział Techniczno-Administracyjny  
  
mgr Witolda Kmiotek