

Warszawa, dnia 15.05.2015 r.

DZ/2215/25/213/2015

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: **IHiT/P/25/2015** na „*Dostawę końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego*”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do w/w przetargu:

SIWZ**Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanych produktów w zamkniętym opakowaniu oznaczonym: „Próbki do postępowania IHiT/P/25/2015 – nie otwierać przed 15.05.2015 r. godz. 11:00”.

Ponieważ termin składania ofert jest wyznaczony jest do dnia 19.05.2015 r. godz. 10:00 zwracamy się z prośbą o stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że próbki muszą być dostarczone wraz z ofertą w dniu 19.05.2015 r. Stosowna informacja została umieszczona na stronie internetowej w dniu 13.05.2015 r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania deklaracji CE do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same te dokumenty mogą liczyć kilkadziesiąt stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest zażądanie na etapie postępowania oświadczenia o posiadaniu tych dokumentów, a przed podpisaniem umowy samych deklaracji zgodności CE od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko...

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, że przedmiot zamówienia posiada znak CE.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania katalogów/folderów produktowych z uwagi na fakt, że Wykonawcy są zobligowani dostarczyć próbki przedmiotu zamówienia i wszystkie parametry produktowe Zamawiający sprawdzi naocznie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do od kilku do 10 sztuk? W Zamawiający jest w stanie sprawdzić i dokonać oceny technicznej na podstawie takiej próby końcówek, nie jest konieczne 96 sztuk końcówek. Czy Zamawiający zgodzi się na proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ próbki będzie oceniało kilka pracowni Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka? Motywujemy to niską ceną jednostkową końcówek czy probówek typu eppendorfa, gdzie podanie ceny z dokładnością do 2 miejsc po przecinku uniemożliwi zaferowanie niskich cen, co leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku, ale cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 1

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek pakowanych po 96 sztuk w pudełkach, bez mocowania pokrywy do pudełka? Wieczko przytwierdzone do pudełka lub nie, nie wpływa na cechy użytkowe produktu. Ważniejszym parametrem jest bowiem szczelność przylegania kołnierza końcówki do pipety, czy położenie filtra. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm, co zwiększy konkurencję, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby oferentów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

Dot. całego zadania.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie końcówek w pudełku z wieczkiem zasuwany (nie na zawiasie)? Taki produkt jest lepszy dla Zamawiającego w przypadku wyrobów sterylnych, gdyż pracownik Zamawiającego może odsunąć wieczko tylko częściowo odsłaniając jeden rząd końcówek, a nie jak w przypadku pudełka z wieczkiem na zawiasie, gdzie wszystkie końcówki z pudełka ulegają od razu ekspozycji na czynniki zewnętrzne i są bardziej narażone na utratę czystości (sterylności).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie końcówek w pudełkach z wieczkiem zasuwany, ponieważ utrudnia to otwieranie jedną ręką.

Zadanie 2

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy w pkt. 1 parametrów granicznych dla zadania 2 nie doszło do omyłki pisarskiej i opis nie powinien brzmieć „Końcówki kompatybilne z pipetami firmy DIAMED”?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że opis powinien brzmieć „Końcówki kompatybilne z pipetami firmy DIAMED”

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem, o którym mowa w pkt. 1 Opisu parametrów granicznych, Zamawiający wymaga zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych końcówek do pipet DiaMed przewidzianych instrukcjami użycia posiadanych przez Zamawiającego pipet produkcji DiaMed?

Odpowiedź

Zamawiający zgadza się z wymaganiami opisanymi w art.90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, aby końcówki do pipet DiaMed były zgodne z podaną instrukcją pipet produkcji DiaMed.

Zadanie 5

Pytanie nr 10

Dot. poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki o poj. od 0,5 ul?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w pojemność.

Pytanie nr 11

Dot. poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki o poj. od 5 ul?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w pojemność.

Pytanie nr 12

Dot. poz. 2

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na końcówki typ Gilson z filtrem o poj. od 2 ul?

Odpowiedź

Zamawiający powyżej ustosunkował się do prośby Wykonawcy.

Zadanie 7

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się na wymiary próbówki 115x30 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza większych próbówek, niż podane w SIWZ, ponieważ mogłyby nie zmieścić się do posiadanej przez Zamawiającego wirówki.

Pytanie nr 14

Co Zamawiający ma na myśli przez „możliwość zakręcania jedną ręką”? Wydaje się, że taka możliwość wynika z zręczności osoby posługującej się przedmiotem zamówienia i nie ma nic wspólnego z cechami produktu, dlatego prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że próbówki z „płytkim” gwintem można zakręcać i odkręcać jedną ręką.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgodzi się na inną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem całkowitej ilości przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy niepełne opakowania należy zaokrąglić w górę do pełnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na inną wielkość opakowania.

Zadanie 8

Pytanie nr 16

Co Zamawiający ma na myśli przez wymiar 14-16 mm? Czy jest to średnica próbówki w miejscu przeznaczonym na ciecz, czy może w miejscu gdzie znajduje się korek próbówki, które jest szersze niż próbówka? Jeśli Zamawiający ma na myśli ten drugi wymiar to czy chodzi o wymiar osi otwierania wieczka czy o wymiar pod kątem 90 stopni do osi otwierania wieczka?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymiar 14-16 mm to jest maksymalny rozmiar wieczka (przy zamkniętej probówce). Większe wieczka uniemożliwiają gromadzenie probówek w 100-miejscowych pudełkach.

Pytanie nr 17

Jakie wartości wirowania Zamawiający ma na myśli? Obecnie podany zakres >23000xG to zakres dążący do nieskończoności... Prosimy o określenie górnego zakresu wirowania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że górny zakres wirowania to 24000 g.

Zadanie 9

Pytanie nr 18

Dot. całego zadania.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie końcówek w pudełku z wieczkiem zasuwany (nie na zawiasie)? Taki produkt jest lepszy dla Zamawiającego w przypadku wyrobów sterylnych, gdyż pracownik Zamawiającego może odsunąć wieczko tylko częściowo odsłaniając jeden rząd końcówek, a nie jak w przypadku pudełka z wieczkiem na zawiasie, gdzie wszystkie końcówki z pudełka ulegają od razu ekspozycji na czynniki zewnętrzne i są bardziej narażone na utratę czystości (sterylności).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie końcówek w pudełkach z wieczkiem zasuwany, ponieważ utrudnia to otwieranie jedną ręką.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie końcówek o poj. od 0,5 ul?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, niektóre protokoły badań wymagają dodawania odczynników o objętości 0,2ul, zatem niezbędne są końcówki o regulowanej objętości 0,1-10ul

Zadanie 11

Pytanie nr 20

Dot. całego zadania.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie końcówek w pudełku z wieczkiem zasuwany (nie na zawiasie)? Taki produkt jest lepszy dla Zamawiającego w przypadku wyrobów sterylnych, gdyż pracownik Zamawiającego może odsunąć wieczko tylko częściowo odsłaniając jeden rząd końcówek, a nie jak w przypadku pudełka z wieczkiem na zawiasie, gdzie wszystkie końcówki z pudełka ulegają od razu ekspozycji na czynniki zewnętrzne i są bardziej narażone na utratę czystości (sterylności).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie końcówek w pudełkach z wieczkiem zasuwany, ponieważ utrudnia to otwieranie jedną ręką.

Załącznik nr 1a

Pytanie nr 21

Dot. parametru 4 dla zadania 1. Ponieważ opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje na jakiej wysokości ma być położony filtr w końcówce, a Zamawiający będzie oceniał „odpowiednie położenie filtra w końcówce“, to prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia lub o odstąpienie od parametru 4 w zakresie oceny. Na ten moment parametr ten podlega subiektywnej ocenie, poza tym nie wymagając

konkretnego położenia filtra w końcówce Zamawiający nie może oceniać tego parametru inną wartością niż maksymalna punktacja, gdyż nie postawił wymogów w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że „odpowiednie położenie filtra w końcówce“ umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami pipet posiadanymi przez pracownie IHiT. Filtr nie może być położony zbyt wysoko, a jednocześnie musi być na tyle wysoko, aby można było pobrać zadeklarowaną przez producenta maksymalną objętość cieczy.

Pytanie nr 22

Dot. parametru 2 dla zadania 8.

Parametr ten jest niemierzalny, bo nie określa prędkości wirowania na przykład. Prosimy o uściślenie lub o odstąpienie od parametru 2 w zakresie oceny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że próbki zostaną sprawdzone w praktyce podczas wirowania przy prędkościach wymaganych przez stosowne w pracowniach procedury.

Pytanie nr 23

Dot. parametru 5 dla zadania 9 i 11.

Ponieważ opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje na jakiej wysokości ma być położony filtr w końcówce, a Zamawiający będzie oceniał „odpowiednie położenie filtra w końcówce“, to prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia lub o odstąpienie od parametru 4 w zakresie oceny. Na ten moment parametr ten podlega subiektywnej ocenie, poza tym nie wymagając konkretnego położenia filtra w końcówce Zamawiający nie może oceniać tego parametru inną wartością niż maksymalna punktacja, gdyż nie postawił wymogów w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że „odpowiednie położenie filtra w końcówce“ umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami pipet posiadanych przez pracownie IHiT. Filtr nie może być położony zbyt wysoko, a jednocześnie na tyle wysoko, aby można było pobrać zadeklarowaną przez producenta maksymalną objętość cieczy.

Projekt umowy

Pytanie nr 24

Dotyczy § 5 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad do 15 dni roboczych?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Dotyczy § 5 ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, że brak stwierdzenie braków ilościowych i jakościowych oraz brak niezwłocznego przekazania informacji o tym fakcie przez Zamawiającego oznacza akceptację jakościową i ilościową otrzymanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 26

Dotyczy termin wykonania dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania dostawy dla zadań 1-12 do 15 dni roboczych?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż nasze produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, co w konsekwencji skutkuje wydłużeniem czasu transportu i/lub koniecznością przygotowania produkcji i/lub ewentualną procedurą celną bądź innymi zdarzeniami losowymi mogącymi mieć wpływ wydłużenie terminu transportu, nie będących bezpośrednią winą wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dotyczy maksymalnej liczby dostaw

Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej ilości dostaw jednostkowych.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż brak takiej informacji uniemożliwia Wykonawcom prawidłową wycenę oferty. Każda pojedyncza dostawa to dodatkowy koszt, na który składa się koszt opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował z należytą starannością zakres i ilości przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28

Dotyczy ilości umów

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert częściowych na każde z zadań, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne zadania.

Pytanie nr 29

Dotyczy minimalnego poziomu realizacji umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o minimalnym poziomie realizacji umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował z należytą starannością zakres i ilości przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 30

Dotyczy minimalnej wartości zamówienia jednostkowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o minimalnej wartości zamówienia jednostkowego

Prośbę motywujemy tym iż przy zamówieniach o niewielkiej wartości koszty transportu na które składają się m.in. koszt opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i

faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika są wyższe niż wartości marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o niskiej wartości.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował z należytą starannością zakres i ilości przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31

Dotyczy zmian kursów walut

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zmian zapisów umowy w przypadku istotnych zmian kursów walutowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dotyczy zaprzestania produkcji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o możliwości wprowadzenia zmian w umowie w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o możliwości wprowadzenia zmian w umowie w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający dodaje zapis w umowie w §6 pkt. 5: Zmiany sposobu konfekcjonowania – ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego.

Pytanie nr 34

Dotyczy projektu umowy §6 ustęp 1 pkt. 1.2.

Zamawiający zapisał:

„w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na:

„w wysokości 0,2% wartości brutto części przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 35

Dotyczy projektu umowy §6 ustęp 1 pkt. 1.3.

Zamawiający zapisał:

„w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na:

„w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 36

Dotyczy kar umownych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy określającego górny limit kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dotyczy projektu umowy §6 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że przed zakupem interwencyjnym Zamawiający wystosuje do Wykonawcy wezwanie z wyznaczonym dodatkowym terminem dostawy oraz wyłączy stosowanie kar umownych w przypadku zakupu interwencyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 38


Dotyczy umowa § 2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu Umowy w § 2 ust. 3 poprzez dodanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy pozostają bez zmian.

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


Krystyna Sobczak