

ZATWIERDZAM

**Z-ca Dyrektora IHIT
ds. Zarządzania i Finansów**

mgr Beata Lichocka

DZ.26.14.145.2020.PH

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: znak sprawy IHIT/P/14/2020 - dostawa akcesoriów do kardiomonitorów Philips MX800

WYJAŚNIENIE 1 ZMIANA 2 TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa akcesoriów do kardiomonitorów Philips MX80, nr sprawy IHIT/P/14/2020, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treści pytań i udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp odpowiednio modyfikuje treść SIWZ. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do SIWZ.

Pytanie 1

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm, o szerokości 14,5 cm i długości 50 cm, z drenem o długości 20 cm.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający ma na myśli złącze, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 25-35 cm, o szerokości 14,5 cm i długości 50 cm, z drenem o długości 20 cm.

Zamawiający potwierdza, że chodzi o tego rodzaju złącze.

Pytanie 2

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm, o szerokości 17,5 cm i długości 65 cm, z drenem o długości 20 cm.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający ma na myśli złącze, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 34-47 cm, o szerokości 17,5 cm i długości 65 cm, z drenem o długości 20 cm.

Zamawiający potwierdza, że chodzi o tego rodzaju złącze.

Pytanie 3

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm, o szerokości 13 cm i długości 57,5 cm
Prosimy o podanie, czy Zamawiający ma na myśli złącze, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 25-35 cm, o szerokości 13 cm i długości 57,5 cm
Zamawiający potwierdza, że chodzi o tego rodzaju złącze.

Pytanie 4

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 33-47 cm, o szerokości 16,5 cm i długości 60,5 cm
Prosimy o podanie, czy Zamawiający ma na myśli złącze, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 33-47 cm, o szerokości 16,5 cm i długości 60,5 cm
Zamawiający potwierdza, że chodzi o tego rodzaju złącze.

Pytanie 5

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie czujnika wielorazowego o średnicy 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik wielorazowy o średnicy 10 mm.

Pytanie 6

Poz. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości 3 m, przeznaczonych dla pacjentów dorosłych, o wadze powyżej 50 kg.

Lub

Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości 3 m, przeznaczonych dla pacjentów dorosłych, o wadze powyżej 40 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik z kablem o długości 3 m, przeznaczonych dla pacjentów dorosłych, o wadze **powyżej 50 kg**.

Pytanie 7

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie kabla głównego o długości 3 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel główny o długości 3m.

Pytanie 8

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odprowadzenia o długości 0,95 m.

Pytanie 9

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiety do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips z wyjmowanym pęcherzem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 27-35, rzeczywisty wymiar mankiety 13,5x46, długość drenu 30 cm. Mankiet wyposażony w konektor typu Philips. Rozmiar zgodny z mankietaми oryginalnymi Philips dopuszczonymi do użycia z tym sprzętem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety takiego rodzaju.

Pytanie 10

Poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga mankiety ze złączem bagietowym typu Philips, producent kardiomonitora ze względów bezpieczeństwa (przypadkowe rozłączenie) nie przewidział możliwość stosowania mankiety dla dorosłych z konektorem Luer dla tego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mankiety ze złączem bagietowym typu Philips.

Pytanie 11

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z wyjmowanym balonem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 34-43, rzeczywisty wymiar mankiety 17x55, długość drenu 30 cm. Mankiet wyposażony w konektor. Rozmiar zgodny z mankietaми oryginalnymi Philips dopuszczonymi do użycia z tym sprzętem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety takiego rodzaju.

Pytanie 12

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mankiety wydłużony dla obwodu kończyny 28-37cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiety wydłużony dla obwodu kończyny 28-37cm.

Pytanie 13

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu kończyny 32-42 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mankiet wydłużony dla obwodu kończyny 32-42 cm.

Pytanie 14

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla Pacjentów o wadze > 40 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik dla Pacjentów o wadze > 40 kg.

Pytanie 15

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czujnik na ucho dla Pacjentów o wadze > 40 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujnik dla Pacjentów o wadze > 40 kg.

Pytanie 16

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,7 m, zgodny z przewodem oryginalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przewód o długości 2,7 m, zgodny z przewodem oryginalnym.

Pytanie 17

Poz. 8

Czy Zamawiający wymaga przewodu z gniazdem na odprowadzenia jedno-, czy dwurzędowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przewodu z gniazdem na odprowadzenia jednorzędowe.

Pytanie 18

Poz. 9

Czy zamawiający dopuści odprowadzenia o długości 102 cm, zgodny z przewodami oryginalnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odprowadzenia o długości 102 cm, zgodny z przewodami oryginalnymi.

W związku z zamieszczonymi powyżej odpowiedziami na pytania, Zamawiający modyfikuje Specyfikację asortymentowo – cenową stanowiącą Załącznik nr 1A do SIWZ.

Obecnie wiążącym załącznikiem jest plik o nazwie: **Załącznik nr 1A do SIWZ – AKTUALNY.**

Zamawiający informuje również, że zgodnie z modyfikacją Specyfikacji asortymentowo – cenowej – załącznik nr 1A do SIWZ, zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert.

Rozdział IX i XI otrzymuje nowe brzmienie:

Rozdział IX ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Oferta powinna być złożona w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:

„OFERTA NA:

DOSTAWĘ AKCESORIÓW DO KARDIOMONITORÓW PHILIPS MX 800

Nr sprawy: IHIT/P/14/2020”

nie otwierać do dnia 24 lutego 2020 r. do godziny 10:15

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
--

Rozdział XI ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. **Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 24 lutego 2020 r. do godziny 10:00.**
 - Oferty można składać osobiście w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego.
 - Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Rozdział XI ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie **w Sali C, IV piętro w dniu 24 lutego 2020 r. o godzinie 10:15.**