

Dz.Z/ 2215/ 48/195/2011

Warszawa, 04.07.2011r

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/ 48 /2011 na Dostawę szwów chirurgicznych i wyrobów medycznych /zadania 1-23/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę szwów *chirurgicznych i wyrobów medycznych (zadania 1- 23)*, Instytut Hematologii i Transfuzjologii przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia :

Pytanie 1**Dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w **Zadaniu nr 3 szew równoważny**, plecionkę syntetyczną, szybko wchłaniającą z kwasu poliglikolowego powleconą glikonatem o okresie podtrzymywania tkankowego (0% przy 10-14 dniach; ok. 50% po 5 dniach) i wchłaniania ok. 42 dni?

Parametry i przeznaczenie szwu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 2**Dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-4 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?**

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 3**Dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2 igłę 24 mm w miejsce 25-26 mm?**

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 4**Dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4 igłę 39 mm w miejsce 35-36 mm?**

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian

Pytanie 5**Dotyczy Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 4 monofilament z poli-p-dioksanonu** o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni, po ok. 28 dniach 50-70%, czas wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** igłę 50 mm w miejsce 48 mm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 12** igłę o czterech krawędziach tnących w miejsce o trzech krawędziach tnących?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 12** nitkę 150 cm pętla?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **Zadaniu nr 16** monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 13-14 dniach, czas wchłaniania do 60-90 dni?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-7** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 9** nitkę 70 cm w miejsce 90 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 12** nitkę 45 cm w miejsce 30 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 11-14** nitki bez chwytaków pętlowych i jednokierunkowych haczyków?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 13** nitkę 45 cm w miejsce 15 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 14** nitkę 70 cm w miejsce 15 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 18** monofilament z poli-p-dioksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni, po ok. 28 dniach 50-70%, czas wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Dotyczy Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-3** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy Zadanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3** igłę 26 mm w miejsce igły 27 mm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 19** szew **równoważny**, monofilamentowy, szybko wchłaniający z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70-80% po 5 dn, 20-30% po 10 dn, 0% przy 14-21 dn. Czas całkowitej absorpcji: po 56 dniach?

Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2, 4, 5, 6, 8** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 7** nitkę 70 cm w miejsce 90 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 7** igłę 40 mm wzmocnioną?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

Dotyczy Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 8** igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 24

Zadanie Nr 1, poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 48 mm.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Zadanie Nr 1, poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą tępa.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Zadanie Nr 1, poz. 35

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 27

Zadanie Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu szwy syntetyczne, wchłanianalne, plecione, powlekane, z igłą, o zwiększonej stabilności w imadle, o okresie podtrzymywania po 7 dniach ok. 65%, po 8 – 11 dniach ok. 50% oraz o okresie wchłaniania ok. 42 dni.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie Nr 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę do szwu skórno-plastyczne bez określenia „dwuwkłęśła część penetrująca”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

Zadanie Nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu szwy syntetyczne, wchłanianalne, monofilamentowe, z igłą, o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, poz. 28 dniach ok. 65 – 70%, po 43 dniach ok. 55 – 60%.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 30

Zadanie Nr 4, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 31

Zadanie Nr 6, poz. 6 – 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 32

Zadanie Nr 7, poz. 1 – 3, 5 – 11, 13 – 15, 17, 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 33

Zadanie Nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu szew syntetyczny bez określenia „kontrolowane rozciąganie i plastyczne odkształcanie węzła.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 34

Zadanie Nr 7, poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 37 mm.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 35

Zadanie Nr 8, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nić o długości 90 cm.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 36

Zadanie Nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, wytwarzany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Zadanie Nr 12, poz. 2, 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 26 mm.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 38

Zadanie Nr 12, poz. 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Zadanie Nr 13, poz. 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji i równego traktowania wykonawców wyłączy z Zadania Nr 10 poz. 10 do osobnego zadania ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na zaferowanie Zadaniu nr 10 poz. 10 wchłanianego środka hemostatycznego, z utlenionej regenerowanej celulozy w formie żelu, w strzykawce z podziałką 6ml oraz jednym aplikatorem, o czasie wchłania od 7-14 dni?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 42

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 7 dopuści gazę rozmiar 2,5x5cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 6 dopuści gazę rozmiar 5x10cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycja 29 nić o długości 75cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 pozycja 31 igłę okrągłą 26 na nici o długości 75cm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 pozycja 14 igłę o krzywiznie ½ koła z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 pozycja 8 igłę 40mm na nici barwionej 75cm?

Odpowiedź


Nie. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 19 pozycja 7 nić o długości 75 cm niebarwioną z zachowaniem pozostałych parametrów??

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych

mgr Witold Kmiotek