


Dz.Z/ 2215/29/ 85 /2008



Warszawa, 24.06.2008r

**WYKONAWCY**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu  
nieograniczonego znak IHiT/P/29/08 na Dostawę materiałów  
szewnych, gazy hemostatycznej, materiałów opatrunkowych  
i środków dezynfekcyjnych /zadania 1-12/.**

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę materiałów szewnych, gazy hemostatycznej, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie 1****Dotyczy zadania nr 7 poz. 2**

„Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o wymiarach 5 cm x 7 cm?”

**Odpowiedź****Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.****Pytanie 2****Dotyczy zadania nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową 8cmx5cmx1cm?

**Odpowiedź****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 3****Dotyczy zadania nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową w opakowaniu a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź****Zamawiający wyraża zgodę, z tym że opakowania muszą być oryginalne.****Pytanie 4****Dotyczy zadania nr 7 poz. 5**

„Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o wymiarach 7cm x 10 cm?”

**Odpowiedź****Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy zadania nr 7 poz. 6**

„Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną 5cmx 7 cm?”

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 6**

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust.1 - W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej , w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania”.

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 7**

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust.3 – Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 8**

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ust.5 - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.”

**Odpowiedź**

***Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.***

**Pytanie 9**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 4 ust.5 – „obciążenie” na „uznanie”.

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.***

**Pytanie 10**

**Dotyczy zadania nr 1 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie następujących pozycji : 14,19,20, 21,42 do osobnego pakietu.....”**

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 11**

**Dotyczy zadania nr 1– „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie podwiązek tj. poz. 22-39 do osobnego pakietu”.**

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 12**

**Dotyczy zadania nr 3 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 do osobnego pakietu...”**

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie 13**

„Prosimy o wyłączenie w zadaniu nr 6 w poz. 3 i stworzenie z tej pozycji osobnego pakietu.”

**Odpowiedź**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 14**

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w poz. 4 i 5 następującego materiału: implant częściowo wchłaniający wykonany z polipropyleńu monofilamentowego powleczony związkiem kwasu poliglikolowego/kaprolactonu (PGACL) o czasie absorpcji 90-120 dni, gramaturze (po wchłonięciu) 28g/m<sup>2</sup>, wielkości porów 2-4 mm, grubości 0,55 mm o wymiarach odpowiednio 6x11 cm i 10x15 cm.

**Odpowiedź**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

Z-ca D Y R E K T O R A  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/ś techniczne-organizacyjne  
mgr Witold Knaptek