

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:

Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, znak IHiT/św./konkurs/1/2012

W odpowiedzi na pytanie Oferenta Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy analizator może oferować dostęp do więcej niż 24 parametrów. Oferent posiada możliwość wykorzystania analizatora o dostępie do więcej niż 24 parametry.

Odpowiedź

TAK.

Pytanie 2

Czy oferent może zaproponować wykonywanie zamiast morfologii 3 diff morfologię 5 diff w cenie 3 diff. Dostępne rozwiązania technologiczne preferują wykonywanie oznaczeń 5 diff.

Odpowiedź

TAK.

Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza pojęcie „analizator o dowolnym dostępie”

Odpowiedź

Pojęcie to oznacza , że można używać odczynników dowolnej firmy

Pytanie 4

W umowie najmu pomieszczeń, Zamawiający wymaga by Oferent dostosował na koszt własny przekazywane pomieszczenia, jednocześnie w umowie głównej Zamawiający zawiera informację: „Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 1 zostanie zwrócona Przyjmującemu zamówienie w momencie zakończenia realizacji usługi pomniejszona o równowartość kosztów wynikających z tytułu przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego przed zawarciem umowy najmu”. Co w przypadku gdy stan po zakończeniu realizacji będzie lepszy niż stan przed przejściem pomieszczeń?

Odpowiedź


Dotyczy zniszczenia wynajmowanych pomieszczeń

Pytanie 5

Prosimy o określenie wielkości ryczału za media oraz linię telefoniczną.

Odpowiedź

Ryczałt za media i linię telefoniczną uzależniony jest od liczby urządzeń i osób pracujących w obu laboratoriach oraz od metrów wynajętej powierzchni

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
i Lecznictwa

Prof. dr hab. n. med. Bożena Mariańska

