

Warszawa, dnia 20.04.2012 r.

DZ/2215/25/156/2012

**WYKONAWCY**

**dotyczy:** Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/25/2012 na dostawę: „Dostawa aparatury medycznej oraz akcesorii do aparatów EKG (zadania 1-5)”.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/25/2012 na dostawę „Dostawa aparatury medycznej oraz akcesorii do aparatów EKG (zadania 1-5)”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**ZADANIE NR 5****Pytanie nr 1**

*Pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie mankietu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi o obwodzie 34 – 43 cm bez warstwy antybakteryjnej.*

**Odpowiedź**

**Tak dopuszcza się.**

Z-CA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
mgr Witold Kmiotek

**Oryginał pisma wysłano pocztą**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /22/ 349 62 23

Otrzymano dnia .....podpis.....