

Warszawa, dnia 03.12.2012 r.

DZ/2215/80/506/2012

**WYKONAWCY**

**dotyczy:** Odpowiedź na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/80/2012 na dostawę: „*Bielizny operacyjnej jednorazowej, zestawów do zabiegów operacyjnych, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych (zadania nr 1 – 9)*”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/80/2012 na dostawę „*Bielizny operacyjnej jednorazowej, zestawów do zabiegów operacyjnych, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych(zadania nr 1 – 9)*”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

pozycja numer 1

*Czy można zaoferować sterylne obłożenie do angiografii wykonane z trójwarstwowego pełnobarierowego laminatu, którego jedną z warstw jest polietylen, zgodnego z EN 13795 1, 2, 3, o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> i składzie:*

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz(er).cm)	Kształt otworu	Wielkość otworów (dłxsz(er);średnica)
serweta z panelem foliowymi dwoma otworami i warstwą chłonną	1	L3	320x235	OKRĄG	12
serweta na stół instrum.	1	Medicace 4	190x150		

*którego główna serweta cechuje się chłonnością 824% i odpornością na penetrację płynów 191H<sub>2</sub>O, natomiast serweta na stół instrumentalny cechuje się chłonnością 400% i odpornością na penetrację płynów min. 100H<sub>2</sub>O?*

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** wyżej wymienionego rozwiązania – opis zgodny z wymaganiami SIWZ

**W-GA DYREKTORA**  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
mgr Witold Kmiotek

Oryginał pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /22/ 349 62 23

Otrzymano dnia .....podpis.....