

Warszawa, dnia 19.04.2013 r.

DZ/2215/21/107/2013

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/21/2013 na „*Usługę w zakresie okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej oraz wykonania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)*”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do w/w przetargu Instytut uprzejmie wyjaśnia:

Zadanie nr 3

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o usunięcie niżej wymienionej aparatury z zadania nr 3, ponieważ obecny kształt nie pozwala autoryzowanemu serwisowi złożyć oferty nie podlegającej odrzucenia:

Odpowiedź

Zamawiający wydziela z zadania nr 3 służbę mobilną jako zadanie 3a (nowy formularz specyfikacji technicznej dla zadania 3a stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Zadanie nr 6

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do ww. postępowania, proszę o następujące zmiany dotyczące Załącznika nr 1, pakiet nr 6:

- 1. Aparat Viarno, wyposażony jest w monitor LCD, w związku z tym prosimy o wykreślenie skrótu „CRT”*
- 2. Aparat Viarno nie posiada filtrów powietrza, w związku z tym prosimy o wykreślenie zwrotu „filtry powietrza”*
- 3. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej, jest (Terror Log), powinno być Error Log.*

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ Zadanie nr 6

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatów ultrasonograficznych:

- Ocena wizualna stanu przewodów
- Test bezpieczeństwa elektrycznego
- Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic
- Kontrola działania monitora LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu
- Kontrola wentylatorów
- Weryfikacja pamięci błędów (Error Log)
- Wewnętrzny test serwisowy (EST)
- Test baterii podtrzymującej ustawienia
- Świadczenie sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia zgodności stanu technicznego aparatu ze specyfikacją

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie określenia ilości zadań w przetargu: występuje bowiem tutaj niespójność w określeniu 1-33 a powinno być raczej 1-57?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pkt. 3 w rozdziale V brzmi:

Termin realizacji usługi: **zadanie nr 1-57 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy**

Zadanie nr 21

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie aparatu EL 311 do odrębnego zadania. Aparat ten nie jest produkcji Dade Behring, w związku z tym nie możliwe będzie złożenie oferty na to Zadanie.

Odpowiedź

Zamawiający wydziela aparat EL 311 jako zadanie 21a (nowy formularz specyfikacji technicznej dla zadania 21a stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Zadanie nr 23

Pytanie nr 5

Uprzejmie prosimy o usunięcie w zakresie czynności przy przeglądzie okresowych w zadaniu nr 23 wymienionych poniżej zapisu, ponieważ obecny kształt nie pozwala autoryzowanemu serwisowi złożyć oferty nie podlegającej odrzucenia:

„3) Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę się na usunięcie w zakresie przeglądów okresowych w zadaniu nr 23 zapisu: Sprawdzenie torów gazowych wg PN-EN 737-3, PN-EN 737-2 (PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2)

- braku połączeń krzyżowych
- szczelności oraz wartości ciśnień
- wydajności punktów poboru
- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień
- prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych
- sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru
- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych
- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

Zadanie nr 51

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji w postępowaniu nr IHiT/P/21/2013 w zadaniu nr 51. Według naszej wiedzy producentem aparatów Bactec 9050 jest firma Becton Dickinson, a nie „Dia-Med.”, która jest wskazana w kolumnie „Producent”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia w w/w zadaniu nazwę producenta na Becton Dickinson (nowy formularz specyfikacji technicznej stanowi załącznik do niniejszego pisma)

Zadanie nr 54

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny umożliwiającej wpisanie jednostkowych cen poszczególnych przeglądów dla pozycji 2. – z uwagi na wymagania producenta zakres przeglądów półrocznych różni się między sobą zakresem, tym samym różna jest ich cena.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Pytanie nr 8

Z uwagi na wymóg pkt 11 „Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych” zwracamy się z prośbą o dopisanie dodatkowego wiersza dla pozycji nr 2 i 3, w celu umożliwienia wyceny tych czynności. Usługi te (w szczególności udział podczas wykonywania testów specjalistycznych) nie wchodzi w zakres przeglądu, tak więc będą one stanowić przedmiot odrębnego zamówienia, wykonywanego w innym niż przegląd terminie. Usługa taka powinna zostać zafakturowana zgodnie z ustawą VAT.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Projekt umowy

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego czy wyraża zgodę na uzupełnienie §3 umowy treścią: „Propozycja rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej, po przedyskutowaniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. Każdy termin określony w harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie § 3 umowy.

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego czy wyraża zgodę na uzupełnienie §7 umowy treścią: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego czy wyraża zgodę na uzupełnienie §7 umowy treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedź odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wykonawca lub jego podwykonawca będą świadczyli Usługi serwisowe na rzecz Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy („Godziny Pracy Serwisu”).

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią:

„**Wykonawca** będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz **Zamawiającego** od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

Pytanie nr 14

W związku z §2 ust. 1, czy Zamawiający ma dołączyć autoryzację producenta oraz certyfikaty szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta do oferty? O takich dokumentach Zamawiający mówi w tym ustępie projektu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w/w informacja podana jest w rozdziale II pkt. 2.3 SIWZ:

„...**Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do wykonywania napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego. W/w osoby **mają złożyć wraz z ofertą certyfikaty, zaświadczenia (zezwoienia)** uprawniające do obsługi serwisowej aparatury medycznej...”

Pytanie nr 15

Par. 2 ust. 1a

Czy w celu doprecyzowania, Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowie „certyfikaty” słów „producenta sprzętu i aparatury medycznej”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.

Pytanie nr 16

Par. 3 ust. 1.8b

Prosimy o zmianę zgodną z zapisami kodeksu cywilnego, nakazującą dłużnikowi wykonywanie usług z należytą starannością, poprzez zastąpienie słowa „wysoką” na „należytą”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że powyższy zapis został umieszczony w poprawionym projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 17

Par 6 ust 4

Zwracamy się z prośbą o dopisanie po słowach „Szekji Aparaturowej” słów „po wykonaniu przeglądu / konserwacji”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie nr 18

Par 7 ust 1 pkt 1.1 i 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „brutto” na „netto” z uwagi na fakt, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 19

Par 7 ust 1 pkt 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” na „zwłoki”. Zwracamy uwagę, że Wykonawca powinien być obciążany karami umownymi w razie niedotrzymania terminu z przyczyn przez siebie zawinionych, a nie także za okoliczności całkowicie niezależne od jego woli, jak to ma miejsce w przypadku opóźnienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis w umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 20

Par 7 ust 1 pkt 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie kar umownych do 15% wartości umowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący kar umownych znajduje się w poprawionym projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 21

Par 7 ust 1 pkt 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie postanowienia:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości przedmiotu umowy netto W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 22

Par 7 ust 1 pkt 1.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „powstałe wskutek” słów „zawinionych przez siebie działań lub zaniechań w”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że powyższy punkt został wykreślony z projektu umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że do niniejszego pisma zostają dołączone poprawione projekty umów stanowiących załączniki 6 i 6a do SIWZ oraz formularze specyfikacji technicznej do zad. 3a, 21a i 51.

Załączniki:

- 1) poprawiony projekt umowy zadanie 1-56 (ilość stron: 5)
- 2) poprawiony projekt umowy zadanie 57 (ilość stron: 3)
- 3) specyfikacja techniczna zad. 21a (ilość stron: 1)
- 4) specyfikacja techniczna zad. 51 (ilość stron: 1)
- 5) specyfikacja techniczna zad. 3a (ilość stron: 1)

K I E R O W N I K
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Krzyszyna Sobczak

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/.../2013

Projekt umowy do pakietów 1-56
UMOWA NR IHiT/DZ/...../2013

zawarta w dniu

między

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą: ul. Indiry Gandhi 14; 02 – 776 Warszawa

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000119139,

NIP 525 – 000 – 94 – 24, REGON 000288484

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu – prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę

a

Firmą:

z siedzibą:

.....

.....

NIP: REGON:

Wysokość kapitału zakładowego:

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

reprezentowaną przez:

§ 1.

1. **Zamawiający** zleca a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji przedmiotu umowy w zakresie świadczenia usługi serwisu polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej określonej w załączniku nr.....obejmującej zadanie nr......
2. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej jest katalogiem zamkniętym i nie będzie rozszerzany podczas trwania umowy.
3. Przedmiot umowy musi być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi warunkami w SIWZ i złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:
ze strony **Wykonawcy**nr telefonu.....
Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony **Zamawiającego** jest Dorota Rychlińska i Rafał Sitarek nr telefonu (0-22) 34-96-476 (204).

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że:

- a) posiada wymagane dokumenty lub certyfikaty upoważniające do świadczenia usług w zakresie przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej wyspecyfikowanej w zadaniu nr.....
- b) dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem umowy.

§3

1. Wymagania ogólne w zakresie wykonania przedmiotu umowy:

- 1.1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami.
- 1.2. Czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi, w tym konserwacją przedmiotu umowy, Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów oraz odpowiedniej aparatury pomiarowej w obiektach Zamawiającego, na wyposażeniu których ta aparatura się znajduje.
- 1.3. Wykonawca odpowiada za zgodność i terminowość wykonania usługi.
- 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w tym konserwacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wynikającym z właściwości dla danego sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej, zgodne z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi i instrukcją serwisową z zaleceniami producenta (instrukcje, standardy, norma), obowiązującymi normami standardami i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
- 1.5. Wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odnotowywane będzie na bieżąco poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji dla każdego sprzętu i aparatu medycznego oraz laboratoryjnego oddzielnie, a wykonanie tych czynności odebrane zostanie na podstawie raportów serwisowych podpisanych przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
- 1.6. Zamawiający wymaga od Oferenta przystępującego do procedury przetargowej spełnienia wymogów Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 r. Rozdział 11 Art. 90, pkt.4 i pkt.5.
- 1.7. Wykonawca realizuje usługę w zakresie wykonywania przeglądów technicznych, w tym konserwacji w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 1.8. W ramach czynności objętych usługą Zamawiający wymaga:
 - a) zapewnienia materiałów i przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów technicznych w tym konserwacji,
 - b) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość,
 - c) sporządzania raportów serwisowych, które będą podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy wykorzystany na daną czynność oraz zużyte materiały,
 - d) zachowania w poufności wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, **Wykonawca** wykonywał będzie w siedzibie **Zamawiającego**. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca poniesie koszty transportu.
3. W przypadku wyłączenia sprzętu i aparatury medycznej oraz laboratoryjnej z użytkowania do **Wykonawcy** należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”.

§4

1. Ramowy zakres czynności, jakie Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji sprzętu i aparatury wymienionej w zał..... obejmuje między innymi:
 - 1) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
 - 2) sprawdzanie i czyszczenie urządzenia
 - 3) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - 4) konserwacja ruchomych części mechanicznych,
 - 5) inspekcja zużycia części,
 - 6) wymiana zużywalnych części i podzespołów zgodnie z wymaganiami producenta,
 - 7) konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacji związanych z obsługą urządzeń; porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
 - 8) prowadzenie na bieżąco dokumentacji przeglądów technicznych w tym konserwacji i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych z określeniem m. innymi: stanu sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania po przeglądzie,
 - 9) kontrola jakości: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych; ustawienie i regulacja wartości nastawień w przypadku ich odchyłu od wartości zalecanych/optimalnych,
2. Szczegółowy zakres czynności został opisany w załącznikach:.....

§5

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy**.
2. Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez **Zamawiającego** w formie pisemnej potwierdzonej faksem.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i zgodnie z ofertą **Wykonawcy** stanowiącą załącznik nr strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto (słownie: i 00/100 złotych w tym podatek od towarów i usług VAT tj. zł (słownie:i 00/100 złotych).
2. Płatność dokonywana będzie za wykonanie każdego przeglądu technicznego w tym konserwacji, zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr do niniejszej umowy, na podstawie faktury wystawionej przez **Wykonawcę** przelewem w ciągu **30 dni** od daty dostarczenia faktury do **Zamawiającego** na rachunek bankowy wpisany na fakturze przez **Wykonawcę**.

3. Wynagrodzenie ujęte w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym: robocizną, wszelkie materiały niezbędne do wykonania przeglądu technicznego w tym konserwacji przedmiotu umowy oraz koszty dojazdu.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie karta pracy, raport serwisowy lub protokół odbioru z wykonanych przeglądów i konserwacji, obustronnie podpisany przez **Wykonawcę** oraz kierownika danej komórki organizacyjnej Instytutu i pracownika Sekcji Aparaturowej **Zamawiającego** po wykonaniu przeglądu technicznego, w tym konserwacji oraz certyfikat bądź protokół z legalizacji przedmiotu umowy, jeżeli jest taki wymóg.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
6. W przypadku opóźnienia płatności przez **Zamawiającego**, **Wykonawcy** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§7

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
 - 1.1 w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca**.
 - 1.2 w wysokości 0,3% wartości brutto niewykonanej usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 2.
 - 1.3 **Zamawiający** ma prawo do potrącenia należności naliczanych z tytułu kar umownych z płatności za fakturę **Wykonawcy** na podstawie noty wystawionej przez **Zamawiającego**.
 - 1.4 **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie.
2. **Zamawiający** oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu art. 144 ustawy „Prawo zamówień publicznych” w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.
 - 3.1. W przypadku nieprzewidzianej awarii przedmiotu umowy określonego w załączniku nr ... **Zamawiający** dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
4. **Wykonawca** nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody **Zamawiającego** wyrażonej na

piśmie, a także nie może zbywać ani obciążać wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy.

5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko **Zamawiającemu** z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi **Wykonawca**.
6. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/.
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby **Zamawiającego**.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla **Zamawiającego**, 1 egzemplarz dla **Wykonawcy**. Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/.../2013

Projekt umowy do pakietu nr 57

UMOWA nr

zawarta dnia roku w Warszawie między:

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. I. Gandhi 14, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Nr KRS 0000119139, zwanym dalej

Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektora Instytutu – Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę

a

Firmą:

z siedzibą:

.....

.....

NIP: REGON:

Wysokość kapitału zakładowego:

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

reprezentowaną przez:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi polegającej na wykonaniu testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej aparatury określonej w załączniku nr.....obejmującej zadanie nr.....

§ 2

1. Testy specjalistyczne wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
2. Wykonawca musi posiadać ważny na czas trwania umowy dokument uprawniający go do wykonywania przedmiotu umowy; to jest dokument akredytacji na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 zawierający zapis „akredytacja na zgodność z normą 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych (§ 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011r.) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i wykona wszystkie testy specjalistyczne dla poszczególnych aparatów przy użyciu najwyższej jakości sprzętu kontrolno – pomiarowego z ważnymi kalibracjami.
3. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający uzna dostarczenie protokołów i sprawozdań z badań o zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów.

4. W przypadku braku akceptacji badanych parametrów aparatu Wykonawca zobowiązuje się do ponownego, bezpłatnego wykonania testu w terminie określonym w § 3 ust. 2
5. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania wyników pomiarów z przeprowadzonych testów do 7 dni od daty wykonania testu na danym urządzeniu.

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Wykonanie usługi powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez **Zamawiającego** w formie pisemnej i potwierdzonej faksem.
3. Wykonawca będzie świadczył usługę określoną w § 1 w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. **Zamawiający** w uzgodnionym terminie udostępni **Wykonawcy** podlegające badaniu urządzenia oraz zapewni stałą obecność osoby lub osób uprawnionych do obsługi aparatów.
5. **Zamawiający** zapewni **Wykonawcy** wgląd do dokumentacji technicznej badanych urządzeń.
6. Ekspozycję aparatów do testowania będzie wykonywała osoba lub osoby uprawnione do obsługi tych aparatów, z zachowaniem zasad postępowania przyjętych w placówce, zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami oraz instrukcjami obsługi aparatów.
7. **Zamawiający** zobowiązuje się do wyłączenia aparatów z użytkowania na czas trwania testów.
8. Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony **Wykonawcy** jest.....telefon kontaktowy nr.....
9. Osobą odpowiedzialną za wykonanie niniejszej umowy ze strony **Zamawiającego** jest Dorota Rychlińska i Rafał Sitarek telefon kontaktowy nr (22) 34-96-204 (476).

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z ofertą **Wykonawcy** stanowiącą załącznik nr 1 strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto (słownie: i 00/100 złotych), w tym podatek od towarów i usług VAT tj. zł (słownie:i 00/100 złotych).
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę są protokoły i sprawozdania z wykonanych testów specjalistycznych, określające stan badanych aparatów, podpisane przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Płatność nastąpi przelewem w ciągu **30 dni** od daty dostarczenia do **Zamawiającego** protokołów i sprawozdań z wykonanych testów oraz faktury na rachunek bankowy wpisany na fakturze przez **Wykonawcę**.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
6. W przypadku opóźnienia w płatności przez **Zamawiającego** **Wykonawcy** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
 - 1.1 w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** z powodu okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca**.
 - 1.2 w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usługi zgodnie z § 3 ust. 2 i § 2 ust. 4.

- 1.3 **Zamawiający** ma prawo do potrącenia należności naliczanych z tytułu kar umownych z płatności za fakturę **Wykonawcy** na podstawie noty wystawionej przez **Zamawiającego**.
- 1.4 **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie.
2. **Zamawiający** oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu art. 144 ustawy „Prawo zamówień publicznych” w formie pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.
- 3.1 W przypadku nieprzewidzianej awarii przedmiotu umowy określonego w załączniku nr ... **Zamawiający** dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
4. **Wykonawca** nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody **Zamawiającego** wyrażonej na piśmie, a także nie może zbywać ani obciążać wiarygodności przysługujących mu z niniejszej umowy.
5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko **Zamawiającemu** z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi **Wykonawca**.
6. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/.
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby **Zamawiającego**.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla **Zamawiającego**, 1 egzemplarz dla **Wykonawcy**. Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony
znak: IHIT/21/2013

.....
(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 3a

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Producent	Data produkcji	Ilość urządzeń	Liczba przeglądów w roku	Wartość netto	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wartość brutto	Miejsce lokalizacji urządzeń
1.	Służba mobilna	Transmaquet		2005	1	1		23		Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	Wartość ogółem									

.....
Podpis i imienna pieczęć Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHIT/21/2013

.....
(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21a

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Producent	Data produkcji	Ilość urządzeń	Liczba przeglądów w roku	Wartość netto	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wartość brutto	Miejsce lokalizacji urządzeń
1.	czytnik mikropłytek	EL 311 S	Behringwerke	1993	1	1		23		Pracownia Hemostazy
	Wartość ogółem									

.....

Podpis i imienna pieczęć Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHIT/21/2013

.....
(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 51

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

L.p.	Nazwa aparatu	Typ	Producent	Data produkcji	Ilość urządzeń	Liczba przeglądów w roku	Wartość netto	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wartość brutto	Miejsce lokalizacji urządzeń
1.	aparat Bactec	9050	Becton Dickinson.	1996	2	1		23		Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5
	Wartość ogółem									

.....

Podpis i imienna pieczęć Wykonawcy