

Warszawa, dnia 27.11.2013 r

Sprostowanie

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/55/2013 na dostawę: **aparatury laboratoryjnej, sprzętu chłodniczego, systemu do drukowania kodów kreskowych z programem do edycji etykiet oraz systemu skanowania 2D (zadania 1-14).**

Zamawiający informuje, że w zał. nr. 1 do SIWZ, w parametrach granicznych dla **zadania nr 2, w poz. nr 16, pkt. a i b** prawidłowy opis brzmi:

16	Rotor horyzontalny o pojemności 2 x 3 mikropłytki lub 2 x 1 deep-well
a)	maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 4000 obr/min
b)	maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 2 272 x g

Z niniejszym pismem, Zamawiający umieszcza również na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Z-CA / DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek