

Warszawa dn. 25.03.2014 r.

DZ /2215/8/146/2014

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/8/2014 na dostawę: szafek przyłóżkowych z blatem, kardiomonitorów, mebli oraz innego wyposażenia Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych (zadania 1-6)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, gdzie ramki szuflad oraz boki szafki wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 555 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 370 x 550 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym, ale możliwością umieszczenia blatu bocznego z obu stron szafki (w łatwy sposób, bez użycia narzędzi)?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dostępem do półki wewnątrz szafki, otwartej, dostępnej tylko od frontu szafki, co zwiększa bezpieczeństwo przedmiotów tam się znajdujących?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drugą szufladą o wysokości frontu 35,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co jest rozwiązaniem wystarczającym dla tego rodzaju asortymentu?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kółkach? (...)

Odpowiedź


Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.


Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek