

Warszawa, dnia 15.04.2014 r.

**DZ/2215/16/223/2014**

## WYKONAWCY

**dotyczy:** Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: **IHiT/P/16/2014** na „*Dostawę szwów chirurgicznych i innych wyrobów medycznych /zadania 1-19/*”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do w/w przetargu Instytut uprzejmie wyjaśnia:

<b>SIWZ</b>
-------------

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowienia zawartego w rozdziale V pkt 2.6 siwz w następujący sposób:

*Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne (odcinające) określone w Załączniku nr 1 oferta jest odrzucona bez dalszej oceny, z zastrzeżeniem art. 26 ustęp 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.(...)*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 6 ustęp 5 pkt 8 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: Zakup wg zasad określonych w ust.5.7 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń Odszkodowawczych wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?(...)

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oszacował z należytą starannością zakres i ilości przedmiotu zamówienia.

## Zadanie 1

### **Pytanie nr 3**

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 4**

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 5**

Poz. 30, 38

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym (wysmuklonym) ostrzem 3/8 koła, bez określenia „dwuwklęsta”, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 6**

Poz. 32

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 32 do osobnego zadania?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji..

### **Pytanie nr 7**

Poz. 35, 36, 37, 39

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą rozwarstwiającą bez określenia „o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym”, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

## Zadanie 2

### **Pytanie nr 8**

Poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsta”, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, z kwasu glikolowego, o czasie wchłaniania 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### Zadanie 3

#### **Pytanie nr 10**

*Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70% (3/0 i większe), 65% (4/0 i mniejsze), po 43 dniach 60% (3/0 i większe), 55% (4/0 i mniejsze)?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### Zadanie 5

#### **Pytanie nr 11**

*Czy Zamawiający dopuści szwy poliamidowe, jednowłótkowe, o zmniejszonej hydrofilności, pakowane w tradycyjny sposób?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 12**

*Poz. 6, 7, 9*

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęsta”, pozostałe parametry bez zmian?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### Zadanie 7

#### **Pytanie nr 13**

*Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### Zadanie 9

#### **Pytanie nr 14**

*Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 9 pozycji 8, 9, 12 do osobnego zadania?(...)*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 15**

*Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 2,6 cm? W naszej opinii różnica 0,1 cm w rozmiarze opatrunku nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie nr 16**

*Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm? W naszej opinii różnica 0,1-0,2 cm w rozmiarze opatrunku nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe?*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 5,1 cm? W naszej opinii różnica 0,1 cm w rozmiarze opatrunku nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie czy w zadaniu 9 pozycja 4 zamawiający ma na myśli produkt typu SURGICEL czy typu SURGICEL SIGMA KNIT? Pytanie kierujemy z tego względu, że chcemy zaoferować produkty, które w jak największym stopniu będą odpowiadały potrzebom Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodny z opisem w zadaniu 9 poz. 4

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycja 4 i 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego ściśle tkanego, o wysokiej gęstości (typu SURGICEL NU-KNIT)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycja 1-2 materiału hemostatycznego z oksydowanej celulozy (zamiast oksydowanej regenerowanej celulozy)?(...)

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie 11**

**Pytanie nr 21**

Poz. 9-11

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-11 do osobnego zadania?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji.

**Zadanie 12**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 12 monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 13-14 dniach, 0% przy 28 dniach, czas wchłaniania do 60-90 dni?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-7 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 9** nitkę 70 cm w miejsce 90 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** igłę 36 mm w miejsce 37 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 13**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** siatkę polipropylenową bez systemu samomocującego o gramaturze 82 g/m<sup>2</sup> w miejsce 80 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 0,8 mm, grubość 0,48 mm w rozmiarze 15x10 cm w miejsce 15,9 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** siatkę polipropylenową o wadze 36g/m<sup>2</sup> w miejsce siatki o wadze 38g/m<sup>2</sup>; wielkość porów 1,0 mm; grubość 0,39 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3 i 4** siatkę przeciwzrostową złożoną ze skondensowanego politetrafluoroetyleny (cPTFE), o niskiej gramaturze, o strukturze makroporowatej, transparentną – zapobiegającą powstawaniu zrostów?

Siatka ma dwie strony aktywne (jest dwustronna) zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** siatkę 15x22 mm w miejsce 15x20 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie 14**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 14** monofilament szybkowchłaniaalny bez dodatku laktydu o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 70-80%?

Okres podtrzymywania po 10 dniach i całkowitej absorpcji zgodne z SIWZ. Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-5 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 6 nitkę bezbarwną?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33**

*Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 nić bezbarwną?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34**

*Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 długość igły 17 mm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35**

*Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 3 nić barwioną?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36**

*Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 6 nić bezbarwną o długości 75 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

<b>Zadanie 18</b>
-------------------

**Pytanie nr 37**

*Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 18 siatkę hemostatyczną oxydowaną z nieregenerowanej celulozy o szybkości hemostazy 3-4 minuty?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 rozmiar 5x7 cm w miejsce 5x7,5 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39**

*Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rozmiar 7x10 cm w miejsce 5x12,5 cm?*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40**

*Czy Zamawiający w zadaniu 18 pozycja 1-2 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego, który uzyskuje hemostazę w czasie od 3-4 min?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający w zadaniu 18 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 10 x 7,5 cm lub 10 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 42**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do Zamawiającego co ma na myśli w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu 18 pozycja 1-2 pisząc „opatrunek sieciowy”?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „opatrunek sieciowy” rozumie się opatrunek utkany równomiernie w formie siatki.

## **Zadanie 19**

### **Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający w pozycji 1, w pakiecie 19 zamierza kupić „Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona niekatorywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantynowego” w rozmiarze 2,7x2,7 cm w ilości 5 opakowań handlowych, zawierających łącznie 25 sztuk?

### **Odpowiedź**

Zamawiający zamierza kupić 1 opakowanie, tj. 5 szt.

### **Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający w pozycji 2, w pakiecie 19 zamierza kupić „Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona niekatorywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantynowego” w rozmiarze 4,5x4,5 cm w ilości 1 opakowania handlowego, zawierającego 3 sztuki?

### **Odpowiedź**

Zamawiający zamierza kupić 1 opakowanie, tj. 3 szt.

### **Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający w pozycji 3, w pakiecie 19 zamierza kupić „Hemostatyk uszczelniający - miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego, strona niekatorywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika - błękitu brylantynowego” w rozmiarze 4,5x9 cm w ilości 1 opakowania handlowego, zawierającego 3 sztuki?

### **Odpowiedź**

Zamawiający zamierza kupić 1 opakowanie, tj. 3 szt.

## Projekt umowy

### **Pytanie nr 46**

*Czy w § 4 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

### **Pytanie nr 47**

*Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:*

*Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.


### **Pytanie nr 48**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:*

- 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:*
- 1.2. w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem*
- 1.3. w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Z-CIA DYREKTORA  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
działania techniczno-administracyjnych  
  
mgr Witold Kmiotek