

DZ/2215/18/1.52/2015

Warszawa dn. 14.04.2015 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/18/2015 na dostawę: zamrażarki niskotemperaturowej -86 0C oraz szafy chłodniczej (zadania 1-2)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultra cienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to identyczna technologia co wymagana przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem graficznym typu LCD wszystkich parametrów umieszczony na wysokości wzroku? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Ze względu na wymóg prostej obsługi oraz czytelnej prezentacji jednocześnie wielu kluczowych informacji, konieczne jest, aby wyświetlacz był kolorowy oraz dotykowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości zewnętrznej 1991 mm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych? Jest to minimalnie większa wysokość zewnętrzna od wymaganej – różnica 6mm. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o głębokości wewnętrznej 608 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Mniejsza głębokość wewnętrzna nie zapewni wymaganej przez Zamawiającego pojemności magazynowej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolowanymi drzwiczkami wewnętrznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, ale bez pokrycia tworzywem? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania ze względu na brak powłoki zapobiegającej przymarzaniu oraz szronieniu drzwiczek.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z 3 izolowanymi drzwiczkami wewnętrznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, ale bez pokrycia tworzywem? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Wymaga się minimum 4 wewnętrznych sekcji, zamykanych drzwiczkami pokrytymi od strony wewnętrznej tworzywem. Tego typu rozwiązanie zmniejsza straty energii.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w 2 niezależne podgrzewane uszczelki drzwi głównych, zapobiegające gromadzeniu się oblodzenia? Oferowana zamrażarka wyposażona jest w podwójne uszczelnienie drzwi – uszczelki podgrzewane są przez dwie niezależne nagrzewnice, które zapobiegają powstawaniu na nich lodu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Zastosowanie 2 grzałek zwiększa ryzyko awarii jednego z tych elementów. Przedstawione rozwiązanie może sugerować, iż w przypadku wystąpienia awarii jedna grzałka nie będzie posiadać wystarczającej mocy, aby przeciwdziałać przymarzaniu drzwi.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia? W przypadku zastosowania stali nierdzewnej, nie ma konieczności stosowania dodatkowych warstw ochronnych, gdyż stal szlachetna gwarantuje wysoką odporność na niskie temperatury, uderzenia i zadrapania. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, jednak wykazuje dużą skłonność do przymarzania oraz szronienia.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z ochroną ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, ale bez możliwości zaprogramowania uprawnień dla użytkowników? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Ze względu na fakt, iż urządzenie będzie obsługiwane przez kilku pracowników ochrona ustawień temperatury roboczej oraz poziomów alarmu jest niewystarczająca. Przy proponowanym przez pytającego rozwiązaniu nie ma możliwości ochrony innych ważnych funkcji zamrażarki.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową w której drzwi zewnętrzne są zamykane za pomocą zamka wyposażonego w klucz z możliwością założenia dodatkowo kłódki, zamiast systemu dostępu za pomocą kart magnetycznych? Jest to wystarczające rozwiązanie chroniące urządzenie przez dostępem osób postronnych. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. Zamrażarka musi posiadać funkcję rejestracji osób uzyskujących dostęp do przechowywanego materiału.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o zużyciu energii 0,708 kWh/24h oraz wagą 79/73 kg (brutto/netto), spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Wymagane parametry graniczne wskazują na model urządzenia posiadający w/w parametry/ Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek