

Warszawa, dnia 05.05.2015 r.

**DZ/2215/24/2015****WYKONAWCY**

**dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/24/2015 na dostawę: bielizny operacyjnej jednorazowej, zestawów do zabiegów operacyjnych, łączników TSCD, sprzęt do aparatów znieczuleń oraz innych pomocy medycznych (zadania 1 – 7).*

**SPROSTOWANIE**

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że w zamieszczonych w dniu 06.05.2015 r. odpowiedziach na pytania Wykonawców nastąpiła omyłka, która dotyczy odpowiedzi na pytania nr 15, 16, 25, 26 oraz 52, które dotyczą zadania nr 1 poz. 1 – 2 – pytania brzmiały następująco:

**Pytanie 15***Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego, pełno barierowego zgodnego z normą EN13795 1-3. Gramatura 43 g/m<sup>2</sup>, z trójwarstwowej włókniny SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, przy szyi wykończony lamówką i zapinany na rzep. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszenia rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar: L, XL, XXL.*

**Pytanie 16***Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2*

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura 43 g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej gramatura 45 g/m<sup>2</sup>; z trójwarstwowej włókniny SMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw krój prosty. Przód fartucha i rękaw wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wykończony lamówką i zapinany na rzep. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar: L, XL, XXL.*

**Pytanie 25***Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1*

*Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny – do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przez rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL i XXL?*

### Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

### Pytanie 52

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycje 1, 2 i dopuści:

**Poz. 1.** Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> – odporność na przenikanie cieczy > 32cm H<sub>2</sub>O. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przez rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch podwójnie pakowany – dodatkowe owinięcie wewnętrzne z włókniny celulozowej, oraz min. dwa ręczniki wysoko chłonne o rozm. 30x40 cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): L – 130 cm, XL – 150 cm, XXL – 170 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa producenta.

**Poz. 2.** Sterylny fartuch chirurgiczny – wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m<sup>2</sup> i na rękawach min. 40,5 g/m<sup>2</sup> – odporność na przenikanie cieczy > 119 cm H<sub>2</sub>O (część przednia – strza krytyczna) oraz > 179 cm H<sub>2</sub>O (rękaw – strza krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch podwójnie pakowany – dodatkowe owinięcie z wewnętrzne z włókniny celulozowej, oraz min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): L – 130 cm, XL – 150 cm, XXL – 170 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwa producenta.

Poprawna odpowiedź na w/w pytania brzmi: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane fartuchy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1A do SIWZ (Parametry oceniane) zostają dodane dwa dodatkowe parametry oceny jakości dla zadania nr 1 poz. 1 – 3:

Wytrzymałość na rozrywanie	TAK – 5 pkt
	NIE – 0 pkt
Przepuszczalność cieczy	TAK – 5 pkt
	NIE – 0 pkt

Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

K I E R O W N I K  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krzysztyna Sobczak