

Warszawa dn. 22.07.2015 r.

DZ /2215/43/364/2015

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/43/2015 na dostawę : Produktów leczniczych i wyrobów medycznych (zadania 1-11)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1**Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z wkładem chłonnym celulozowym 60cm x 90 cm, chłonność 810 ml, masa min.53,5 g, długość 780mm, szerokość 540 mm wykonany z celulozy, włókniny hydrofilowej i antypoślizgowej w kolorze niebieskim, folii izolacyjnej, klej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.

Pytanie 2**Dotyczy zadania nr 10 poz.1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych?(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych.

Pytanie 3**Dotyczy zadania nr 10 poz.1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek z falbankami bocznymi skierowanymi do wewnątrz?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowania pieluchomajtek z falbankami bocznymi skierowanymi do wewnątrz

Pytanie 4**Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 6 ustęp 5 pkt 5 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku

złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: Zakup wg zasad określonych w ust.5.5 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń Odszkodowawczych wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?(,...")

Odpowiedź

Określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć ilości chorych, którym niezbędne będzie użycie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zakres i ilości szacował z należytą starannością.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 11 pozycji 8,9,12

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 11 pozycji 8, 9, 12 do osobnego zadania?(,..."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 11 poz.8, 9, 12

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 11 pozycji 4

Czy Zamawiający w zadaniu 11 pozycja 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego ściśle tkanego, o wysokiej gęstości w rozmiarze 2,6 cm x 2,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału hemostatycznego ściśle tkanego, o wysokiej gęstości w rozmiarze 2,6 cm x 2,6 cm. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 11 pozycji 5

Czy Zamawiający w zadaniu 11 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego ściśle tkanego, o wysokiej gęstości w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału hemostatycznego ściśle tkanego, o wysokiej gęstości w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 11 pozycji 7

Czy Zamawiający w zadaniu 11 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 5,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 5,1, pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 11 pozycji 1-2 oraz 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 11 pozycja 1-2 oraz 4-5 materiału hemostatycznego z oksydowanej celulozy (zamiast oksydowanej regenerowanej celulozy)? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza materiału hemostatycznego z oksydowanej celulozy ponieważ w pytaniu nr 6 i nr 7 Wykonawca potwierdził, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ. tzn. wykonane z regenerowanej oksydowanej celulozy.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie w formularzy cenowym załącznik nr 1 dwóch kolumn, gdzie Wykonawca będzie mógł umieścić numer katalogowy oraz nazwę oferowanego produktu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr 11 poz.4

Czy Zamawiający w zadaniu 11 poz. 4 dopuści do zaoferowania wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy zadania nr 11 poz.5

Czy Zamawiający w zadaniu 11 w poz. 5 dopuści do zaoferowania wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 7,5 cm x 10 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Dotyczy zadania nr 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 820 g o wymiarach wkładu chłonnego 79x54,5 cm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza podkładów higienicznych o chłonności 820 g o wymiarach wkładu chłonnego 79x54,5 cm.

Pytanie 14

Dotyczy projektu umowy

Czy terminy w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnił tą kwestię w §3 ust.2 projektu umowy.

Pytanie 15

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust.5 ppkt 5.8

Pytanie 17

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 18

Dotyczy zadania nr 11 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek w rozmiarze 8 cm x 5 cm x 1cm z czasem upłynięcia w 3 – 5 dni czasem całkowitego wchłonięcia 3 do 4 tygodni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gąbek w rozmiarze 8 cm x 5 cm x 1cm z czasem upłynięcia w 3 – 5 dni czasem całkowitego wchłonięcia 3 do 4 tygodni.

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr 11 poz.8 -10,12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego nowego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.


Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 11 poz.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek w rozmiarze 8cm x 3 cm w kształcie walca z czasem upłynięcia w 3 – 5 dni, czasem całkowitego wchłonięcia 3 do 4 tygodni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gąbek w rozmiarze 8cm x 3 cm w kształcie walca z czasem upłynięcia w 3 – 5 dni, czasem całkowitego wchłonięcia 3 do 4 tygodni.



Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr *Witold Kmiotek*

