

Warszawa dn. 10.11.2015 r.

DZ /2215/64/591/2015

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
znak IHiT/P/64/2015 na dostawę: *dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii
transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego
(zadanie nr 1)*

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator immunohematologiczny umożliwiający zastosowanie probówek o różnej średnicy od 10 do 17 mm, uwzględniając w tym również używanie probówek tłoczkowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

ZŁCZA DOKUMENTA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s technicznych i administracyjnych

mgr Witold Kmiotek