

DZ / 267 / 138 / 2018INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14  
tel. 022 349 62 22, fax 022 349 62 23

Warszawa dn. 24.04.2018 r.

**ZATWIERDZAM**.....  
Z-ca Dyrektora IHiT**WYKONAWCY****Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/7/2018  
na:****DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SYSTEMU STERYLIZACJI  
PAROWEJ ORAZ INNEGO DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ZADANIA 1-15)****WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2**Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i udziela odpowiedzi :****Pytanie 1****Pakiet 8, poz. 4-5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie 2****Pakiet 8, poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,2 mm?

**Odpowiedź**

Nie, zbyt mała średnica

**Pytanie 3****Pakiet 9 i 13**

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień schowany, nie wystający poza obręb krawędzi koreczka, co zwiększa aseptykę pracy?

**Odpowiedź****Dopuszczamy****Pytanie 4****Pakiet 9 i 13**

Czy Zamawiający dopuszcza produkt, którego nr katalogowy jest tożsamy z nazwą handlową. Nazwa jest ściśle określona charakterystyczna dla jednego, konkretnego producenta. Koreczek na tej podstawie jest w pełni identyfikowalny, nie jest to nazwa typu „koreczek do kaniul”.

**Odpowiedź**

Zgodnie z siwz

**Pytanie 5**

**Pakiet 9 i 13**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 100ztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

**Odpowiedź**

Zgodnie z siwz

**Pytanie 6**

**Pakiet 3 i 4**

Czy Zamawiający pisząc „koreczek pakowany po 1szt” ma na myśli koreczki, gdzie każdy umieszczony jest w osobnym opakowaniu jednostkowym i nie jest umieszczony na blistrze?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie odnalazł w/w asortymentu w pakiecie 3 i 4.

**ZAMAWIAJĄCY PRZEKŁADA TERMIN NA SKŁADANIE OFERT NA DZIEŃ 27.04.2018R. GODZ. 10:00 ORAZ OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27.04.2018R. GODZ. 11:00 SALA KONFERENCYJNA IV PIĘTRO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.**

Komisja : :

Barbara Włodarczyk .....

Elżbieta Sosnowska .....

Teresa Twardziak .....

Marzena Milczarek .....

Barbara Wójcik .....

Aleksandra Lankiewicz-Klimek .....