

W Y K O N A W C Y**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych i innych wyrobów medycznych (zadania 1-14)**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1**Dotyczy zadania nr 12:**

Czy Zamawiający w związku z zakazem UE prowadzenia badań klinicznych "in vivo" (na ludziach) i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, skoro można udowodnić dane działanie laboratoryjnie "in vitro" - prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo **lub** in vitro" - pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2**Dotyczy zadania nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1, 2** monofilament z glikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 13-14 dniach, 0% przy 28 dniach, czas wchłaniania do 60-90 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 3**Dotyczy zadania nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3, 4** monofilament szybkowchłanialny bez dodatku laktydu o okresie podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 70-80%?

Okres podtrzymywania po 10 dniach i całkowitej absorpcji zgodne z SIWZ. Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4**Dotyczy zadania nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3, 4** nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1, 2** nitkę 90 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza w **zadaniu nr 16** siatkę hemostatyczną ocydowaną z nieregenerowanej celulozy o szybkości hemostazy 3-4 minuty?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w **zadaniu nr 11** siatki hemostatycznej ocydowanej z nieregenerowanej celulozy o szybkości hemostazy 3-4 minuty

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** rozmiar 5x7 cm w miejsce 5x7,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 2** rozmiar 7x10 cm w miejsce 5x12,5 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych spełniających wymogi SIWZ 17 nitkowych, 12 warstwowych o wykroju 16,5 cm x 19,5 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych spełniających wymogi SIWZ o wykroju 23,8 cm x 29,5 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych spełniających wymogi SIWZ o wykroju 31 cm x 39,5 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 12**Dotyczy zadania nr 13 Pozycje 4-6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki wykonanej z materiału o składzie: bawełna, poliamid, elastan?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 13****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej, rozmiarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, z przeznaczeniem na dłoń, ramię i stopę ?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 14****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 5:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej, rozmiarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, z przeznaczeniem na nogę dorosłego i nogę dziecka ?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 15****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej, rozmiarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, z przeznaczeniem na głowę dorosłego i tułów dziecka ?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 16****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x22cm?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 17****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 28x24cm?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.****Pytanie 18****Dotyczy zadania nr 13 Pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 38x33cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3, 9-12,16:

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 1 poz.8:

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą rozwarstwiającą lub igłą okrągłą o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym typu Visiblack?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr 1 poz.18:

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą wzmocnioną ?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy zadania nr 1 poz.20:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2,3,8,9-11,16:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość nitki 75cm , przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr 1 poz.3,10,16,25:

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą o długości 30mm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość igły 30 mm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 1 poz.11,12,17:

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą o długości 37mm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość igły 37 mm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, z polidoksanonu bez czynnika antybakteryjnego, okres wchłaniania 180 - 210 dni?

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek:

dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych:

- po 14 dniach – około 75 % wartości początkowej od wszczepienia
- po 28 dniach – około 65 %
- po 43 dniach – około 55 %
- po 57 dniach – około 40 %

2) dla rozmiarów nici 3/0 i większych:

- po 14 dniach – około 75 % wartości początkowej od wszczepienia
- po 28 dniach – około 70 %
- po 43 dniach – około 60 %
- po 57 dniach – około 40 %.

Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępanie

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 2 poz. 8:

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 28

Dotyczy zadania nr 2 poz. 1,3-8,14-16:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość nitki 75cm , przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 29

Dotyczy zadania nr 3 poz.1-6:

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne, wchłaniające, jednowłóknowe, bez powłoczenia antybakteryjnego? Zdolność podtrzymywania po 7 dniach ok. 70 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach ok. 40% pierwotnej wytrzymałości. Okres całkowitej absorpcji 90 - 120 dni. Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępanie.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 30**Dotyczy zadania nr 3 poz.1,5:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 31**Dotyczy zadania nr 3 poz. 7-9:**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 32**Dotyczy zadania nr 3 poz.7-9:**

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne, wchłaniające, jednowłóknowe, bez powłoczenia antybakteryjnego? Zdolność podtrzymywania po 7 dniach ok. 70 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach ok. 40% pierwotnej wytrzymałości. Okres całkowitej absorpcji 90 - 120 dni. Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępanie.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 33**Dotyczy zadania nr 3 poz.1-5,7-9:**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycjach dopuści długość nitki 75cm , przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 34**Dotyczy zadania nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne, poliamidowe, niewchłaniające, jednowłóknowe z igłą, o zmniejszonej hydrofilności? Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępanie

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 35**Dotyczy zadania nr 4 poz. 1,2:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 36

Dotyczy zadania nr 4 poz. 6:

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) o długości 48mm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza długość igły 48 mm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne - polipropylen, niewchłaniające, jednowłóknowe z igłą? Igła o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zginanie i stępanie.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 38

Dotyczy zadania nr 5 poz. 12,18:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 39

Dotyczy zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu nić syntetyczne, poliestrowe, plecione, powlekane poliestrowe, niewchłaniająca, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na zgniatanie i stępanie?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 40

Dotyczy zadania nr 6 poz.10:

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 30mm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza długość igły 30 mm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 41

Dotyczy zadania nr 6 poz. 5,12,17:

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą o długości 37mm?

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza długość igły 37 mm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 42

Dotyczy zadania nr 7 poz.9-11:

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 43

Dotyczy zadania nr 12 poz.8,9:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie **z zadania 12 pozycji 8, 9**, do osobnego zadania?

Uzasadnienie: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie pozycji **8, 9**, wprost odniósł się do parametrów specyfików oferowanych tylko i wyłącznie przez podmiot, który jest ich bezpośrednim dystrybutorem tj. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. lub podmioty, które ściśle współpracują z firmą Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o..

Opis „Wchłaniający materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej, nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy...” wskazuje na produkt o nazwie handlowej Surgicel Snow. W związku z tym wynika więc jednoznacznie, że w tym pakiecie ofertę niepodlegającą odrzuceniu będzie mógł złożyć tylko podmiot, który jest bezpośrednim dystrybutorem lub podmioty, które ściśle współpracują z ww. firmą.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 44

Dotyczy zadania nr 12 poz.4:

Czy Zamawiający w **zadaniu 12 pozycja 4** wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 2,6 cm? W naszej opinii różnica 0,1 cm w rozmiarze opatrunku wchłanianego nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza rozmiar opatrunku 2,6 cm x 2,6 cm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 45

Dotyczy zadania nr 12 poz.5:

Czy Zamawiający w **zadaniu 12 pozycja 5** wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm? W naszej opinii różnica 0,1-0,2 cm w rozmiarze opatrunku wchłanianego nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza rozmiar opatrunku 7,6 cm x 10,2 cm , przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy zadania nr 12 poz.7:

Czy Zamawiający w **zadaniu 12 pozycja 7** wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w rozmiarze 2,6 cm x 5,1 cm? W naszej opinii różnica 0,1 cm w rozmiarze opatrunku wchłanianego nie wpłynie w znaczący sposób na jego walory użytkowe.

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza rozmiar opatrunku 2,6 cm x 5,1 cm, przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 47

Dotyczy zadania nr 12 poz.1,2,4,5:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyeliminowanie w **zadaniu 12 pozycje 1, 2, 4, 5** wymogu polegającego na tym, że hemostatyki powierzchniowe mają mieć działanie bakteriobójcze potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i dopuszczenie instrukcji użytkowania oraz badań laboratoryjnych jako dokumentów potwierdzającego właściwości bakteriobójcze hemostatyków.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 48

Dotyczy zadania nr 11 poz.1-2:

Czy Zamawiający w **zadaniu 11 pozycja 1-2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego, który uzyskuje hemostazę w czasie 3-4 min?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 49

Dotyczy zadania nr 11 poz.2:

Czy Zamawiający w **zadaniu 11 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 10 x 7,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza rozmiar opatrunku 10 x 7,5 cm , przy czym pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

Pytanie 50

Dotyczy zadania nr 11 poz.2:

Czy Zamawiający w **zadaniu 11 pozycja 2** wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hemostatycznego w rozmiarze 10 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie materiału szewnego o okresie wchłaniania **182 – 238 dni** (pozostałe parametry bez zmian) i zmodyfikuje zapisy SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający jedynie dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 5 poz.5:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły pojedynczej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 53

Dotyczy projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
- 2) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z

opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu

umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 1.2, **jednak nie więcej niż 10%**

wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy,

- 3) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego

wymianie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy

w terminie określonym w § 5 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości**

brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 54

Dotyczy treści SIWZ:

czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy.

Pytanie 55

Dotyczy zapisów umowy:

§ 6 punkt 2,3,4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 56

Dotyczy zapisów umowy:

§ 7 ust. 3 punkt 3.7: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

W przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT zostanie zmieniona stawka podatku VAT.

Pytanie 57

Dotyczy zadania nr 9 poz.1:

Zadanie 9, poz. 1: czy Zamawiający wyłączy pozycję do nowego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 58

Dotyczy zadania nr 9 poz.1:

Zadanie 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści niewchłaniającą siatkę polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,75 mm, waga siatki 80g/m², wielkość oczek 3300 mikrometrów.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy zadania nr 9 poz.1:

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz.1:

Siatkę niewchłaniającą polipropylenową, monofilamentową o grubości 0,40 mm, wadze 48,8 g/m², porowatości średniej 1800 µm., w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 60

Dotyczy zadania nr 9 poz.2,3,4 i 5:

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz.2,3,4 i 5:

Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, bez dodatkowej nitki, w rozmiarze:

- poz. nr 2- zgodnym z SIWZ
- poz. nr 3- zgodnym z SIWZ
- poz. nr 4- 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm
- poz. nr 5- zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 61

Dotyczy zadania nr 9 :

W razie wyrażenia zgody na poszczególne pozycję w zadaniu nr 9, prosimy o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 62

Dotyczy zadania 13, poz. 1-3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 63

Dotyczy zadania 13, poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompresów o wielkości wykrojnika min.18 cm x 21,5 cm , spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 64

Dotyczy zadania 13, poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompresów o wielkości wykrojnika min. 28,5 cm x 24,4 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.


Pytanie 65

Dotyczy zadania 13, poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji kompresów o wielkości wykrojnika min. 36,5 cm x 30,5cm , spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
z/s Zarządzenia

mgr Witold Kmiotek