

Warszawa, 19.06.2018 r.

**ZATWIERDZAM**

Dyrektor ds. Zarządzania i Finansów

mgr Beata Lichocka

DZ.26.40.420.2018.ML

strona internetowa Zamawiającego:  
[www.ihit.waw.pl](http://www.ihit.waw.pl)

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA NR IHIT/P/40/2018.**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów opatrunkowych” wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej,

oraz

Zamawiający - na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść siwz niniejszego postępowania, poprzez wprowadzenie zmian do siwz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do siwz.

**Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 4.**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek poiniekyjny, uciskowy włókninowy (wiskozowo-poliestrowy) w rozmiarze 25x85mm o porowatej strukturze z centralnie umieszczonym wiskozowym wkładem chłonnym w rozmiarze 15x16mm, zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 4, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 26x72 mm i częścią chłonną 10mm x 20mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.**

**Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 4, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 38x72 mm i częścią chłonną 20mm x 25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.**

**Dokonał zmiany treści siwz w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert:**

Rozdział IX ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

OFERTĘ wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

**„OFERTA NA:  
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH  
CZEŚĆ NR .....  
Nr sprawy: IHIT/P/40/2018”**

**nie otwierać do dnia 22.06.2018 r. do godziny 13:00”**


Rozdział XI ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii; 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria) do dnia 22.06.2018 r. do godziny 12.30
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego adres jak na wstępie w Dziale Zamówień Publicznych, V piętro w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 13:00.

Sekretarz Komisji - Małgorzata Ludwiszewska –  .....

Egz. Nr 1 – skan adresat - email

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  
mgr Iwona Łopacińska