

Warszawa dn. 23. 02. 2012 r.

DZ /2215/9/ 45 /2012

**WYKONAWCY****I. Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/9/2012 na dostawę: Odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi (zadania 1-21).**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

„W związku z odpowiedziami Zamawiającego Dz/2215/42/2012 wnoszę o uzasadnienie celowości dołączenia próbek krwinek do oferty?”

**Odpowiedź**

Instytut jako jednostka merytorycznie nadrzędna w dziedzinie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej stosuje do badań odczynniki sprawdzone pod względem jakości z udokumentowaną ich kontrolą i jako zamawiający ma prawo dokonać ich weryfikacji zgodnie z zapisem w Medycznych zasadach ....roz.7.13.2. Krwinki wzorcowe stanowią szczególną grupę odczynników diagnostycznych z uwagi na stosunkowo krótki termin ważności, ekspresję antygenów na krwinkach, rodzaju użytych konserwantów powinny podlegać szczególnej ocenie ich przydatności. W związku z powyższym zamawiający wymaga dołączenia próbek krwinek wzorcowych do oferty przetargowej. Wymóg taki jest stosowany również w innych krajach UE (np w Wielkiej Brytanii).

**Pytanie 2**

„Wnoszę o odstąpienie wymogu dołączenia próbek dla krwinek z zad. nr 6 Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych z oznaczonymi bardzo rzadkimi i powszechnymi antygenami do identyfikacji przeciwciał odpornościowych z takich układów jak Colton, Chido/Rogers, Knops, Dombrock, Cartwright, JMH - panel co najmniej 15 krwinkowy , minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie. Makropanel 16x3ml firmy Sanquin jest to produkt znany i przebadany przez Zamawiającego z poprzedniego przetargu ponieważ Zamawiający na nim pracował i wydał pozytywną opinię na jego temat.”

**Odpowiedź**

Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał muszą mieć oznaczenia fenotypów w szerokim zakresie układów grupowych, tzn obejmujące oprócz Rh, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, P1, również oznaczenia w układach: Colton, Cartwright, Chido Roger, Knops, Dombrock, JMH. Znany nam Macropanel firmy Sanquin nie posiadał wszystkich wymienionych antygenów w latach kiedy był przez nas stosowany, a jest to warunek bezwzględnie wymagany.

Z-CA DYREKTOR  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
d/s techniczno-administracyjnych  
*Ingr Witold Kmiotek*