

Warszawa, dnia 10.06.2013 r.

DZ/2215/25/191/2013

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak: IHiT/P/25/2013 na dostawę: „*Aparatury laboratoryjnej (zadania nr 1-4)*”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/25/2013 na dostawę „*Aparatury laboratoryjnej (zadania nr 1-4)*”, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia:

Zadanie nr 4

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dygestorium nastołowe o wysokości zewnętrznej 950 mm oraz wewnętrznej 800 mm oraz spełniające pozostałe wymagania? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

- 1. Termin składania ofert:**
do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10:00
- 2. Termin otwarcia ofert:**
w dniu 14.06.2013 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami **na ponumerowanych stronach** należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy.....
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2013
Oferta na : **DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ (ZADANIA 1-4)**
– NIE OTWIERAĆ PRZED 14.06.2013 R GODZ. 11.00 –
DOSTARCZYĆ DO KANCELARII IHiT, POKÓJ NR 144A, I PIĘTRO
Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).....

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek