

Warszawa dn. 04...02.2016 r.DZ /2215/2/25.../2016**WYKONAWCY**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/2/2016 na Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego wg zał. nr 1 (zadania 1-39)

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 2,6,8,9 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Pytanie 2**Dotyczy projektu umowy § 4 ust.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 3**Dotyczy projektu umowy § 6 ust.1.1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4**Dotyczy projektu umowy § 6 ust.1.2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby jednostką miary było opakowanie (1 op = 50 szt)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby jednostką miary było opakowanie (1 op = 50 szt).

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 8 poz.3-6

Ponieważ nie została określona klasa wyrobu medycznego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wymazówek zarówno klasy I jak i IIa? Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 8 poz.1-6

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile -R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyroby sterylizowane radiacyjnie lub sterylizowane gazowo.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 8 poz.3-6

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 8 poz.5

Czy Zamawiający dopuszcza bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem AMIES (bez węgla)? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza bakteriologicznego zestawu transportowego z podłożem AMIES (bez węgla).

Pytanie 11

Dotyczy SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Pytanie 12

Dotyczy § 3 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy § 3 ust 2 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zamówień składanych telefonicznie.(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu o zamówieniach składanych telefonicznie.

Pytanie 14

Dotyczy § 4 ust 4 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowanie: „zgodnie z umową” / „według umowy”. („... ”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy § 5 ust 3 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności z 12 miesięcy na 9 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dotyczy § 6 ust 5 pkt.5.7. projektu umowy

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź

Określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe.

Zamawiający zakres i ilości oszacował z należytą starannością.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 17

Dotyczy zadania nr 3 poz.1,4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez opis oczekiwanych pipetek wyrazi zgodę na pipetki o długości 15 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Dotyczy zadania nr 4 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez opis: „pojemnik pakowany papier/folia” miał na myśli również pojemniki pakowane w folię?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający poprzez opis: „pojemnik pakowany papier/folia” miał na myśli również pojemniki pakowane w folię

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr 4 poz.1,2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez opis oczekiwanej pojemności i wymiarów rozumie również pojemniki o poj. użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml, o wymiarach Ø66x77 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w załączniku nr 1.

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 5 poz.2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Eppendorf z dnem soczewkowym (dno zaokrąglone) , ze względu na wycofanie probówek z dnem stożkowym przez producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie probówek z dnem soczewkowym.

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr 13 poz.4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość 45 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Dotyczy zadania nr 13 poz.5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na statywy na 20 probówek, dwurzędowy?

W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 13 poz.9,10

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 13 poz. 9 i 10.

Zamawiający utworzył z wydzielonych pozycji zadanie nr 13 i zadanie nr 13 A oraz umieścił nowo utworzone zadania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu www.ihit.waw.pl w dniu 03.02.2016 r.

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr 14 poz.2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisaki o grubości linii 0,5 lub 1,5 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pisaków o grubości linii 0,5 lub 1,5 mm.

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający w poz.1 i 2 dopuszcza czy pakowane po 5 lub 20 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający w poz.5 oczekuje wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonie) w okresie 6,24,48, i 72 godz. od pobrania?

Czy dokument potwierdzający powyższe należy złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza próbkę o pojemności 5 ml i wymiarach 12x75 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbki o wymiarach **12x75 mm** zgodnych z opisem w załączniku nr 1 i pojemności 5 ml.

Pytanie 28

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający w poz.1 dopuszcza pojemnik pakowany w folię?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pojemnik pakowany w folię

Pytanie 29

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust.5.9 na poniższy:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. („...”)

Odpowiedź

Określenie procentowe realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe.

Zamawiający zakres i ilości oszacował z należytą starannością.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 30

Dotyczy projektu umowy

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.(„...”)

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie... dostaw, co daje liczbę...dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź

Podanie prognozowanej ilości realizacji umowy w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe.

Zamawiający zakres i ilości oszacował z należytą starannością.

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 31

Dotyczy zadania nr 11 poz.1-2

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu ze względu na dostępność u jednego dostawcy i ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1 i 2 z zadania nr 11

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr 11 poz.4

Prosimy o wyrażenie zgody na pudełko z tworzywa na 25 preparatów mikroskopowych wykonane z ABS (podobnie jak w pozycji 6 i 7)

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Dotyczy zadania nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne: w podstawie kasetki 168,kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym.1 x 1mm,w przykrywce kasetki 168 kwadratowe otwory o wymiarach 1x1 mm, kasetki na zawiasach, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowaną techniką, kolor różowy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 34

Dotyczy zadania nr 17 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne: w podstawie kasetki 168, kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym. 1 x 1 mm, w przykrywce kasetki 168 kwadratowe otwory o wymiarach 1x1 mm, kasetki na zawiasach, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą naniesienie numeru badania każdą stosowaną techniką, kolor pistacjowy/jasno zielony?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 35

Dotyczy zadania nr 17 poz.7

Czy Zamawiający dopuści metalową pokrywę do kasetek histopatologicznych posiadającą 34 okrągłe otwory o średnicy 2,5mm. Pokrywki wykonane ze stali odpornej na działanie używanych odczynników?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie 36

Dotyczy zadania nr 17

Prosimy o informację czy kasetki w zadaniu nr 17 są przeznaczone do automatycznego zadruku w drukarce do kasetek.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kasetki nie są przeznaczone do automatycznego zadruku w drukarce do kasetek.

Pytanie 37

Dotyczy zadania nr 35 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pudełko do transportu preparatów mikroskopowych na 50 szkiełek wykonane z tworzywa ABS?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Dotyczy projektu umowy § 5 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad do 21 dni? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie maksymalnej ilości dostaw jednostkowych w zakresie zadania nr 1,9,16,20-22,25-29,31,38 i 39? („...”)

Odpowiedź

Określenie maksymalnej ilości dostaw jednostkowych w zakresie zadania nr 1,9,16,20-22,25-29,31,38 i 39 w przypadku wąskiego i wyspecjalizowanego charakteru działania Zamawiającego nie jest możliwe. Zamawiający zakres i ilości oszacował z należytą starannością.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o minimalnym poziomie realizacji umowy?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o minimalnej wartości zamówienia jednostkowego?(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgody na dodanie do umowy zapisu o możliwości wprowadzenia zmian cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO, USD, CHF w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy?(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o możliwości wprowadzenia zmian w umowie w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zgodnie z § 6 ust.5 projektu umowy

Pytanie 44

Dotyczy projektu umowy § ust.1 pkt.1.2.

Zamawiający zapisał:

„ w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem ,za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawie przedmiotu umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na:

„w wysokości 0,2 % wartości brutto poszczególnych pozycji zamówienia niedostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy”(„...”)

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 45

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy projektu umowy § 6 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6,ustęp 1 sformułowania „opóźnienie” na „zwłokę”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 47

Dotyczy projektu umowy § 6 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „ przed zakupem interwencyjnym Zamawiający wystosuje do Wykonawcy wezwanie z wyznaczonym dodatkowym terminem dostawy oraz wyłączy stosowanie kar umownych w przypadku zakupu interwencyjnego”?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia/dostawy do 15 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 49

Dotyczy zadania nr 16 poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 0,1 – 10 µl, bez DNaz i RNaz, autoklawowalnych, w pudełkach po 96 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę dostarczenie końcówek do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 0,1 – 10 µl, bez DNaz i RNaz, autoklawowalnych, w pudełkach po 96 sztuk z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w załączniku nr 1,specyfikacja asortymentowo – cenowa.

Pytanie 50

Dotyczy zadania nr 16 poz.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 2-200 µl, bez DNaz i RNaz autoklawowalnych, w pudełkach po 96 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 16 poz.3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet typu Eppendorf 2-200 µl, bez DNaz i RNaz, autoklawowalnych, w pudełkach lub tackach pasujących do ww. pudełek pakowanych po 96 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 31 poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet 0,1-10 µl, wolnych od RNaz, DNaz, DNA i subst. pirogennych, pasujących do pipet Eppendorf Rescarch plus i pudełek tej firmy, niesterylnych, bez filtra, autoklawowalnych, pakowanych po 96 sztuk w tackach pasujących do ww. pudełek?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Dotyczy zadania nr 31 poz.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet 50 µl- 1 ml, wolnych od RNaz, DNaz, DNA i subst. pirogennych, pasujących do pipet Eppendorf Rescarch plus i pudełek tej firmy, niesterylnych, bez filtra, autoklawowalnych, pakowanych po 96 sztuk w tackach pasujących do ww. pudełek?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Dotyczy zadania nr 31 poz.3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie końcówek do pipet 50 µl- 1,25 ml (wersja long), wolnych od RNaz, DNaz, DNA i subst. pirogennych, pasujących do pipet Eppendorf Rescarch plus , niesterylnych, bez filtra, autoklawowalnych, pakowanych po 96 sztuk w tackach pasujących do ww. pudełek?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

Dotyczy zadania nr 12 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika z tworzywa odpornego na przekłucie z pokrywą bez uchwytu do transportu pojemnika. Pozostałe parametry i rozmiary zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pojemnika z tworzywa odpornego na przekłucie z pokrywą bez uchwytu do transportu pojemnika.

Pytanie 56

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje pipety Pasteura o pojemności 3 ml, z podziałką do 2,5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57

Dotyczy zadania nr 9 poz.2

Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki z korkiem nakręcanym na próbówkę (gwint zewnętrzny)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58

Dotyczy zadania nr 20 poz.2

Czy Zamawiający zaakceptuje statyw na 20 probówek?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy zadania nr 20 poz.2

Czy Zamawiający zaakceptuje statyw na 32 probówki?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 60

Dotyczy zadania nr 21 poz.1

Czy Zamawiający zaakceptuje pudełka o wysokości wewnętrznej 75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Dotyczy zadania nr 21 poz.1

Czy Zamawiający zaakceptuje pudełka o wysokości wewnętrznej 100 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62

Dotyczy zadania nr 28

Czy Zamawiający ma na myśli folię aluminiową?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma na myśli folii aluminiowej.

Pytanie 63

Dotyczy zadania nr 29

Czy Zamawiający wymaga, aby dno płytki umożliwiała wiązanie przeciwciał, szczególnie klasy IgG?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 64

Dotyczy zadania nr 29

Czy Zamawiający zaakceptuje płytki bez indywidualnego znakowania każdego dołka?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 65

Dotyczy zadania nr 30 poz.2

Czy Zamawiający zaakceptuje probówki bez zatrząsków?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 30 poz.22 i 23

Czy Zamawiający zaakceptuje filtry o średnicy 25mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67

Dotyczy zadania nr 30 poz.24,25,28,29 i 30

Czy Zamawiający zaakceptuje naczynia pakowane w opakowania bez zamka (tzw. zipa?)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68

Dotyczy zadania nr 30 poz. 32

Czy Zamawiający zaakceptuje płytki bez kolorowego kodu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Dotyczy zadania nr 30 poz. 26 i 27

Czy Zamawiający zaakceptuje naczynia pakowane w opakowania bez zamka (tzw. zipa) oraz bez kolorowego kodu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70

Dotyczy zadania nr 30 poz. 16, 21,37,39,41,42,43,44

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 16, 21, 37, 39, 41, 42, 43, 44 w formie osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 71

Dotyczy zadania nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 20 pozycji 4? („...”)

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 20 poz.4

Zamawiający utworzył z wydzielonych pozycji zadanie nr 20 i zadanie nr 20 A oraz umieścił nowo utworzone zadania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu www.ihit.waw.pl w dniu 03.02.2016 r.

Pytanie 72

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 pozycji 1 pudełek o wymiarach 145x145x80 mm na próbówki o wymiarach 15 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 73

Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 9 pozycji 1 probówek o pojemności maksymalnej 2 ml z podziałką do 1,8 ml, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.



Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
dział techniczno-administracyjny

mgr Witold Kmiotek