

W Y K O N A W C Y**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego
Znak IHiT/P/ 43 /2016 na Przekazanie w depozyt Zamawiającemu jednorazowego
specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby chirurgii naczyniowej
oraz stentgraftów do zaopatrywania tętniaków (zadania 1-21).**

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 21

Czy w zadaniu nr 21 Zamawiający dopuści valvulotomy ze średnicą koszulki 1,5mm oraz max. średnicą urządzenia 9,5mm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane valvulotomy.

Pytanie 2

Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), gdzie powinna wpisać informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo i informacje o wniesieniu wadium w JEDZ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, należy wpisać w dokumencie JEDZ w części IV B ust. 6): „6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza (...)”, Wykonawca wpisuje informację o opinii bankowej, a dodatkowo załącza kopię opinii bankowej do oferty.

Informacji o wniesieniu wadium Wykonawca nie wpisuje w dokument JEDZ. Jedynie, zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. IV ust. 2, Wykonawca załącza do oferty odpowiedni dokument:

„Do oferty należy dołączyć:

- ☞ kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wadium, LUB*
- ☞ oryginał dokumentu określonego w pkt 2.2. – 2.5. oraz jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem; oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia.”.*

Pytanie 3

Dotyczy części 20 pkt 1

Czy Zamawiający dopuści protezę dzianą, uszczelnioną kolagenem dł. 40 cm, średnica: 7 mm: zamiast protezy dzianej, uszczelnionej kolagenem dł. 30 cm, średnica: 7mm.

Pozostałe parametry sformułowane w zadaniu 20 pozostają bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza protezę dzianą, uszczelnioną kolagenem dł. 40 cm, średnica 7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 20 protez naczyniowych dzianych (poz. 1 – 3), oraz tkanych (poz. 4) uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza protez uszczelnianych żelatyną.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 20

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pozycji 1 protez naczyniowych o długości 30 cm dla średnic 6, 7, 8, 16mm oraz protez naczyniowych o długości 25 lub 50 cm (do wyboru przez Zamawiającego) dla średnic 8, 20, 22cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych protez.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 20

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pozycji 6 protez naczyniowych o długości 12,5 lub 25 cm (do wyboru przez Zamawiającego) dla średnicy 24mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych protez.

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 19 stentgraftów o parametrach:

- dostarczonych w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-22F (body), zamiast 16/21F (body)
- o dostępnych długościach jednego elementu 75 do 233mm, zamiast 75 do 225mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane stentgrafty.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 19

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania stentgraftów w wersji branchowej z odnogami na tętnicę biodrową wewnętrzną.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s Zarządzania

Ingr Witold Kmiotek