



DZ /2215/23/149/2012

Warszawa dn. 12.04.2012 r

WYKONAWCY

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/23 /2012 na dostawę: Odczynników laboratoryjnych oraz oligonukleotydów i odczynników do badań metodami biologii molekularnej (zadania 1-36).

Zgodnie z art.38 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii **przekazuje treść zapytań i uprzejmie wyjaśnia:**

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy zestawu do izolacji DNA w formacie płytki 96 dołkowej, który zawiera wszystkie niezbędne bufony potrzebne do izolacji, który zawiera Proteazę K i wszystkie niezbędne plastikę?

Odpowiedź

Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pozycji nr 3 (kolumn holter C) gdyż dla zestawu w formacie płytki 96- dołkowej pozycja ta jest nieprzydatna.

Odpowiedź

Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 odstąpi od wymogu dostarczenia próbnika do przetestowania lub czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próbnik dostarczyć z chwili kiedy okaże się, że złożona oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Odpowiedź

Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu paczkowego na 50 izolacji a nie na 250? I zamiast 12x250 na zaoferowanie 60v50?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy polimerazy, która jest przechowywana w temp. 4 stopni C co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę, która dodatkowo oprócz buforu reakcyjnego 10x stężonego zawiera bufor reakcyjny 10x stężony z barwnikami obciążającymi co znacznie ułatwia

wykonywanie elektroforezy po reakcji PCR, która zawiera specjalny roztwór zmieniający charakterystykę topnienia w przypadku trudnych marnych np. bogatych w pary GC, 25mM roztwór MgCl₂ i której bufor reakcyjny zawiera 15 mM MgCl₂. Składniki buforu i stężenie MgCl₂ jest tak dobrane, że nie jest konieczna samodzielna optymalizacja co przyspiesza i ułatwia pracę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie. Ze względu na stosowaną metodę, wymagany jest 50mM MgCl₂ oraz bufor 10xPCR bez jonów MgCl₂.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 35

Czy w kolumnie 3 w zad.35 – „Wymagana ilość”- podana jest ilość wymaganych oligonukleotydów czy ilość nukleotydów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zad. 35, w kolumnie 3 „wymagana ilość”- podana jest ilość porfobilinogenu, który nie jest ani nukleotydem ani oligonukleotydem.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczeń o niezaleganiu ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i podatkami w Urzędzie Skarbowym, czy muszą to być zaświadczenia wydane przez ZUS i US?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ (Rozdz.III, pkt.1, ppkt. 1.3 i ppkt.1.4).

Pytanie 8

Dotyczy zadania 33, pozycja 1: Zamawiający wyspecyfikował „100mM dNTPs set- zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs w składzie: cztery zestawy nukleotydów (dATP,dCTP,dGTP,dTTP) o stężeniu każdy 100nM. Każdy zawiera 250 umol dNTP w oczyszczonej wodzie (pH 7.5) w ilości 5ml(4x1.25ml) Uprzejmie informujemy iż odczynniki, zawierający 250 umol dNTP konfekcjonowany jest w opakowaniu 10 ml (8x1,25 ml). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika w takim opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 9

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogów oferowanych produktów, specyfikacji, metodyki, karty charakterystyki lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ „. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty kart katalogowych w języku angielskim?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty kart katalogowych w języku angielskim.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków testowych do Glukometru On-Call Advanced wraz z dostawą ustalonej ilości glukometrów On-Call Advanced w cenie zamawianych pasków?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr 35

Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni dla zadania nr 35.

Pytanie 12

Dotyczy projektu umowy i SIWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści §3 ust. 1

z:

„Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faxem lub drogą elektroniczną do **21 dni** przed datą wymaganej dostawy.”

na:

„Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu umowy będą każdorazowo uzgadniane telefonicznie i potwierdzane faxem lub drogą elektroniczną do **28 dni** przed datą wymaganej dostawy.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy projektu umowy i SIWZ

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ujęcie w jednej umowie realizacji kilku / kilkunastu pakietów, nie zmienia stanu prawnego, iż każdy pakiet objęty jest odrębną umową ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami prawnymi, w szczególności możliwością zgodnego rozwiązania umowy w zakresie poszczególnych pakietów.

Odpowiedź

Stanowisko Zamawiającego pozostaje bez zmian, ponieważ w/w treść nie zawiera pytania.

Pytanie 14

Zadanie nr 27 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz utworzenie odrębnego pakietu – przykładowo 27A. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie pozwoli rozszerzyć grupę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

Pytanie 15

Zadanie nr 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu oraz utworzenie odrębnego pakietu – przykładowo 23A. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie pozwoli rozszerzyć grupę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

Pytanie 16

Zadanie nr 25

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości w zakresie w/w zadania; czy w kolumnie 3 „Wymagana ilość” Zamawiający będzie wymagał ilości zasad? Czy może określono tu ilość wymaganych starterów ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 25 w kolumnie nr 3 „Wymagana ilość” zostały podane ilości zasad.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści ofertę zawierającą oświadczenie, że powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 107 poz.679) dokonamy zgodnie z przepisami ustawy w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.


Pytanie 18

Dotyczy zadania 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji od 1 do 5 z zadania nr 29?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.


Z-ca D Y R E K T O R A
Instytutu Hepatologii i Transfuzjologii
z/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek